



WSzSL.FZ.381./70/188/2023

Legnica 27.10.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych
DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-70/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 6 i 7 podwiązek (do wyboru) wykonanych z lateksu, wyposażonych w nylonową prowadnicę.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 2

Część 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie z przedostatnią gumką niebieską, ilość gumek 4, 6 lub 9 (do wyboru), zestaw do endoskopów o średnicy zewnętrznej 8,5 mm – 14,0 mm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 3 dla części 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3 dla części 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ewentualnych wad jakościowych asortymentu w chwili przyjęcia, Strony postanawiają, że Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji jakościowej w terminie do **5 dni** kalendarzowych od chwili jego zastosowania w celu jego użycia. Przy czym Wykonawca odbierze reklamowany towar najpóźniej w ciągu **3 dni roboczych** od powiadomienia go o wadzie jakościowej i zobowiązany będzie do udzielenia na nią odpowiedzi w terminie **5 dni roboczych** liczonych od odbioru reklamowanego towaru bądź upływu terminu do jego odebrania.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6 dla części 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1 oraz §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, i nie dostarczenia brakującego asortymentu w terminie wskazanym w § 4 ust. 2, Zamawiający upoważniony będzie do **dokonania zakupu u osoby trzeciej**, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa odpowiednio w §6 ust. 1 pkt 1) lub 2) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 oraz §2 ust 2 do chwili wykonania dostawy przez osobę trzecią.”



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1.3 i 1.4 dla części 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 200 zł na 50 zł?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2 dla części 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający może rozwiązać umowę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w przypadku trzykrotnego naruszenia któregośkolwiek z obowiązków umownych, skutkujących naliczeniem kar umownych, o których mowa w §6 niniejszej umowy.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 12 dla części 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 9

Dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o zbliżonych parametrach tj. zestawy do opaskowania żyłaków przelyku, 6-gumkowe, wstępnie złożone (nić przewleczona przez teflonowy cewnik o dł. 160 cm, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, po uwolnieniu śr. wewnętrzna gumki 1,5 mm, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzućcia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, dostosowane do endoskopów o dystalnej śr. zewnętrznej 9,5-11,5 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 10

Pakiet nr 4 Czy zamawiający dopuści Ligator wielopodwiazkowy stosowany do endoskopowego podwiazywania żyłaków przelyku nad/ lub w miejscu połączenia żołądkowo-przelykowego oraz do podwiazywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Przedostatnia gumka przezroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 4, 6 szt. (do wyboru przez zamawiającego). Zew. średnica endoskopu 9,4-13,0; 11-14 mm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Uwaga:

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Miejoch