



Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

DAG.230.2.23.2024.JK

Opole, dnia 10 czerwca 2024

Dotyczy: Przegląd komory laminarnej Alpina (ID 937770).

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zawracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o podanie roku produkcji komory oraz o doprecyzowanie czy wymaga, żeby przegląd komory był dokonany zgodnie z normą PN EN 12469.

Odpowiedź: Rok produkcji: 2015. Zamawiający nie wymaga wykonania przeglądu zgodnie z normą PN EN 12469.

2. W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym ta komora pracuje oraz do jakich badań jest wykorzystywana (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

Odpowiedź: Komora znajduje się na wyposażeniu Banku Mleka Kobiecego i używana jest podczas porcjowania mleka.

Z poważaniem

Małgorzata Sobel

Dyrektor

sprawę prowadzi Dział Administracyjno-Gospodarczy: Joanna Kotwica, tel.: 536 738 546

