



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie  
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6  
skr. poczt. 119  
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00  
email: [wsse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.lublin@sanepid.gov.pl) <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.1.2024

Lublin, dnia 23.01.2024 r.

### *Uczestnicy postępowania*

#### **Pytania i odpowiedzi nr 4**

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawa odczynników chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

#### **Treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz wyjaśnienia są następujące:**

**Pytanie nr 1** – Pozycja 30 - Producent jest jednostką nadrzędną akredytującą. Nie jest akredytowanym producentem, w załączeniu stosowna informacja. Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z Pakietu nr 6/Grupa I?

**Odpowiedź:** *TAK, Zamawiający wyjaśnia, że akceptuje dostawę w poz. 30, w pakiecie 6, materiał certyfikowany na zawartość metali -szpinak , wyprodukowanego przez NIST jako jednostkę nadrzędną.*

**Pytanie nr 2** - Poz.16, 20, Producent materiałów po badaniu biegiwości FAPAS jest akredytowany w zakresie ISO9001. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę materiału po badaniu biegiwości bez wymaganej informacji o posiadanym zakresie akredytacji? Czy Zamawiający akceptuje dostawę materiałów wytworzonych bez ISO17034? Jeśli nie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z Pakietu nr 6?

**Odpowiedź:** *TAK, Zamawiający akceptuje dostawę w/w materiałów po badaniu biegiwości FAPAS akredytowanych jedynie w zakresie ISO9001.*

**Pytanie nr 3** – Pozycja 72, w załączeniu kopia przykładowego certyfikatu dla oferowanego materiału. Podany numer jest rozbieżny z zawartym opisem do produktu pozycji nr 72. Jeśli materiał nie jest akceptowalny, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z Pakietu nr 6?

**Odpowiedź:** *Zamawiający akceptuje Materiał poz. 72 przedstawiony w przykładowym certyfikacie (Product Name:HJ 758-2015 Haloacetic Acids Mixture 518 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether; Product Code: DRE-A50000518MB).*

**Pytanie nr 4** - Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie wskazanym 3/4 okresem ważności i wyspecyfikowanej czystości, ze względu na to, że producenci z reguły oferują tylko jedną bieżącą serię materiału z określoną datą ważności, czystości lub datą ważności od daty

wysyłki. W pierwszym przypadku serie zmieniają się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania serii lub ponownej re-certyfikacji Producenci nie mogą zagwarantować, na cały czas trwania umowy (w tym przypadku na 12 miesięcy) ciągłości sprzedaży wzorców z tym konkretnym 3/4 okresem i wskazaną czystością w formularzu cenowym, bowiem zakupy są dokonywane na różnym etapie żywotności produktu, a w przypadku czystości, konkretnej wyprodukowanej serii.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności/czystości do ustalenia na etapie realizacji zamówienia, lub jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany? Zależy nam aby dostarczane produkty spełniały Państwa oczekiwania, mimo specyfiki produktu.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności/czystości do ustalenia na etapie realizacji zamówienia .**

**Pytanie nr 5** – poz.73 – data ważności materiału określona jest przez producenta na 3 miesiące od daty wysyłki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z datą ważności 3 miesiące od daty wysyłki? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz.73 z Pakietu nr 6/Część I

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na materiał odniesienia z datą ważności 3 miesiące od daty wysyłki.**

**Pytanie nr 6** – Poz.78– Oferowany materiał aktualnie dostępny jest w zestawie 3x100g.Czy Zamawiający akceptuje dostawę produktu/zestawu (3x100g). Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości zestawów do zawarcia w formularzu cenowym. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wskazanie produktu bądź wyłączenie pozycji z Pakietu nr VI.

**Odpowiedź: Zamawiający akceptuje 2 zestawy każdy 3x100g.**

**Pytanie nr 5** - Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie wskazanym 3/4 okresem ważności i wyspecyfikowanej czystości, ze względu na to, że producenci z reguły oferują tylko jedną bieżącą serię materiału z określoną datą ważności, czystości lub datą ważności od daty wysyłki. W pierwszym przypadku serie zmieniają się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania serii lub ponownej recertyfikacji Producenci nie mogą zagwarantować, na cały czas trwania umowy( w tym przypadku na 12 miesięcy) ciągłości sprzedaży wzorców z tym konkretnym 3/4 okresem i wskazaną czystością w formularzu cenowym, bowiem zakupy są dokonywane na różnym etapie żywotności produktu, a w przypadku czystości, konkretnej wyprodukowanej serii.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności/czystości do ustalenia na etapie realizacji zamówienia, lub jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany? Zależy nam aby dostarczane produkty spełniały Państwa oczekiwania, mimo specyfiki produktu.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności/czystości do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.**

**Pytanie nr 8**– Poz.19 i 31 wyprodukowane przez akredytowanego producenta i posiadają ISOGUIDE34. Czy Zamawiający akceptuje dostawę materiałów zgodnie z załączonym przykładowym certyfikatem? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z Części nr VI?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w/w materiałów posiadających ISOGUIDE34, zgodnie z załączonymi przykładowymi certyfikatami.**

**Pytanie nr 9** – Poz.8, 24, 25, 26,27, 28, Oferowane materiały RomerLabs nie posiadają akredytacji ISO17034, wytworzone są zgodnie z normą ISO9001, czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców bez wymaganej akredytacji?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w/w wzorców bez akredytacji ISO17034 (w przypadku tych pozycji zamawiający nie prosił o materiały posiadające akredytację ISO17034).**

**Pytanie nr 10** – Materiały poz.1,9,17,10,22,23,63 wyprodukowane są zgodnie z ISOGUIDE34.Czy Zamawiający akceptuje dostawę materiałów zgodnie z załączonym przykładowym certyfikatem? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z Części nr VI?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w poz. 1,9,17,10,22,23,63 w/w materiałów zgodnie z załączonymi przykładowymi certyfikatami.**

**W załączeniu przykładowe kopie certyfikatów do pytań.**

### **Pytanie dotyczące projektu umowy**

**Pytanie nr 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7, pkt 1, 2 na:

„1.W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust.3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 0,5% wartość brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10%wartości niedostarczonego fizycznie przedmiotu umowy.

2.W przypadku zwłoki w wymianie artykułów wadliwych, tj. niedostarczenia towaru wolnego od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie wymiany artykułów wadliwych za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego fizycznie przedmiotu umowy.

Wyjaśnienie: Zwracamy się z prośbą o określenie górnej granicy roszczeń. Nie mamy wpływu na realizowane dostawy, które często oczekują w „kolejce” na miejsce w transporcie materiałów DG, zwłaszcza z poza UE.

**Odpowiedź: Zamawiający określił w § 7, pkt 1, 2 umowy , że „w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust.3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 0,5% wartość brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10%wartości niedostarczonego fizycznie przedmiotu umowy”;**

Oraz

„W przypadku zwłoki w wymianie artykułów wadliwych, tj. niedostarczenia towaru wolnego od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie wymiany artykułów wadliwych za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego fizycznie przedmiotu umowy”

**Zamawiający wyjaśnia, że górną granicę roszczenia Zamawiający określił na nie więcej niż 10%wartości niedostarczonego fizycznie przedmiotu umowy.**

**Pytanie nr 12** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7, pkt 3 na:

3.W przypadku zgłoszenia Wykonawcy braku wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 ust.5, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 50 zł za każdy dzień zwłoki.”

Wyjaśnienie: W związku z tym, że materiały nadawane są bezpośrednio z magazynu centralnego z Niemiec do Zamawiającego, nie mamy możliwości weryfikacji, czy wymagane dokumenty są skompletowane. Ewentualny brak

dokumentów, jeśli nastąpi, to z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy. Zwracamy się z prośbą o możliwość, szansę dopuszczenia możliwości dostarczenia dokumentów na wskazany przez Zamawiającego adres email. Jeśli Wykonawca zawini bezpośrednio, zostanie naliczona kara adekwatna do przewinienia. Mając na uwadze dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o uwzględnienie i zmianę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji wzoru umowy w zakresie § 7, pkt 3 poprzez wykreślenie ze wzoru umowy § 7, pkt 3. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.**

**W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy – Załącznik nr 4.**

Pytanie nr 13 - W związku z licznymi pytaniami zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 30.01.2024

**Odpowiedź: Zamawiający w nawiązaniu do wniosku, dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert.**

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1,3 i 6 ustawy Pzp, dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

**1. Zamawiający wykreśla z Rozdz. III SWZ pkt 7 o treści:**

**„Postępowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.”**

**2. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert**

I. 1) W Rozdziale XV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:„,

Zamawiający wyznacza termin składania ofert DO DNIA: **30.01.2024 r. DO GODZINY: 09:00 ”;**

2) W Rozdziale XVI TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi **W DNIU: 30.01.2024 r. O GODZINIE: 09:30”;**

3) W Rozdziale XVII TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem **28.02.2024 r.** „

Z uwagi na zmianę terminu składania ofert, zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.