



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
 tel.: 68 347 73 00
 fax: 68 384 25 90
 e-mail: sekretariat@spozowolsztyn.pl
<http://www.spozowolsztyn.pl>
 NIP: 923-15-06-721,
 REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia. 06. października, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/200/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn: „zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego z zawieszeniem sufitowym wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni RTG w SPZOZ w Wolsztynie”; PN/15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW IX (pytania z dnia 02.10.2020)

Pytania dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Duplikator do płyt CD/DVD/BR (pkt. 19)

	OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Duplikator do płyt CD/DVD/BR		
	Minikomputer do obsługi robota		
19	Parametry minikomputera: •procesor: min 4 wątków, wydajność według PASSMARK min. 4200 •pamięć RAM: min. 2 banki pamięci, do zainstalowania min. 32 GB , zainstalowane min. 8 GB, taktowanie min. 2400 Mhz •dysk min. 240GB SSD • karta grafiki zintegrowania • karta sieciowa standardu Ethernet o prędkości min. 10/100/1000 • karta WiFi 802.11 a/b/g/n • karta Bluetooth • min. 4 porty USB 3 • min 1 szt. - Thunderbolt 3 • min. 1 wyjście audio jack 3.5 mm • HDMI – 1 szt • wbudowany czytnik kart pamięci • Zasilacz • zintegrowana obudowa AIO • wymiary maksymalne: wysokość 60 mm, szerokość 120	TAK	

mm, głębokość 120 mm

• system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

1. Prosimy Zamawiającego o określenie czy wymaga minikomputera czy komputera w obudowie typu AIO?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minikomputera.

2. Jeżeli Zamawiający wymaga komputera w obudowie typu AIO to prosimy o zmianę wymiarów maksymalnych komputera do np. 50cm wysokość, 20 cm głębokość, 60 szerokość.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią powyżej.

3. Jeżeli Zamawiający wymaga minikomputera to czy jego wymiary takiej jak szerokość i głębokość mogą wynosić odpowiednio 183 mm i 183 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie maksymalnych wymiarów minikomputera

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 zestaw (pkt. 8)

Prosimy Zamawiającego o skorygowanie jak niżej oczywistej omyłki pisarskiej dot. parametrów minimalnych charakteryzujących komputer stacji diagnostycznej w pkt. 8.

Porty:

Z przodu obudowy:

2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania,

1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja)

1x Czytnik kart pamięci (jako opcja)

1x Combo (Słuchawki/mikrofon),

Z tyłu obudowy:

4x USB 3.0,

2x USB 2.0,

2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny),

1x Wejście audio,

~~1x Wejście audio,~~ 1x Wyjście audio,

1x Port szeregowy RS232 (jako opcja)

1x RJ45 1Gb Ethernet

1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja)

1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGA/USB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0)

Wewnętrzne na płycie głównej:

1xUSB 3.0,

2xUSB 2.0

Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), dokona korekty Załącznika nr 2 do SIWZ - Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 zestaw (pkt. 8) poprzez zastąpienie wyrażenia „1x Wejście audio”, na wyrażenie: „1x Wyjście audio”.

Ilekość w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:

12.10.2020 r. godz. 11:00.

Ilekość w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

12.10.2020 r. godz. 11:15.

Załącznik:

Zmodyf. Załącznika nr 2 do SIWZ

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

