

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY

ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, Powiat zamojski, Województwo lubelskie.
REGON: 000291049, klasa działalności wg PKD: 86.10.Z, NIP 922-22-94-159,
fax: 84 68 18 792, centrala: 84 68 18 020, e-mail: poczta@radecznica.pl

Radecznica, dn. 12 czerwca 2023 r.

Oferenci biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pod nazwą: „**Dostawa wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy**”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, zwany dalej Zamawiającym.

Numer postępowania na platformie: ID776118

Numer referencyjny postępowania: 09/PZP/2023

W postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, elastycznych o nieznacznej różnicy w parametrze grubość: palec min. 0.07mm, mankiet min. 0.04mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ,,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 4 – Lp. 1, w ten sposób, że:

BYŁO:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku L*100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,12:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,06mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

JEST:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku L*100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,07:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,04mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 4 – Lp. 2, w ten sposób, że:

BYŁO:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku M*100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,12:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,06mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

JEST:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku M*100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,07:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,04mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 4 – Lp. 3, w ten sposób, że:

BYŁO:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku S *100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,12:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,06mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

JEST:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku S *100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,07:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,046mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 4 – Lp. 4, w ten sposób, że:

BYŁO:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku X L*100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,12:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,06mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

JEST:

„Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe ,niesterylne,jednorazowego użytku M*100sztuk.Rękawice bez protein lateksu,,AQL-1,0.Długość rękawicy ;min 240mm,Grubość rękawicy pojedynczej ścianki;palec min 0,07:Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,04mm.Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej”

Pytanie 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziome AQL 1,5 o grubości na palcu min. 0.09 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 3

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0.09 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 5

„Zadanie I, pozycja 3. Czy Zamawiający oczekuje cewników z balonem 5-10ml?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6

„Zadanie I, pozycja 10. Czy Zamawiający oczekuje 1 opakowania a’100 szt. nożyków ? ”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

„Zadanie I, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

„Zadanie I, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw AMBU wykonany z PVC? ”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

„Zadanie I, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy zestaw AMBU wykonany z silikonu? ”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10

„Zadanie II, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20x30cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

„Zadanie II, pozycja 3. Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

„Zadanie II, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści kompresy celulozowe bez dyspensera, pakowane w worek foliowy?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13

„Zadanie II, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 2x 500szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

„Zadanie II, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

„Zadanie II, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści opaskę siatkową w rozmiarze 4-6,5cm x 1mb?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

„Zadanie II, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści opaskę siatkową w rozmiarze 5x 9,5cm x 1mb?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

„Zadanie II, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z hydrokapilarnym wkładem chłonnym (technologia 3DFit) z cząsteczkami superabsorbentu, wodoodporny z hydrokolidową , przylepną powłoką zewnętrzną oraz z nieprzylepną warstwą kontaktową. Opatrunek do stosowania na rany przewlekłe z dużym wysiękiem. Maksymalne utrzymanie opatrunku na ranie do 7 dni?,,

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18

„Zadanie II, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’400ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

„Zadanie II, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy z opatrunkiem?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

„Zadanie II, pozycja 16. Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21

„Zadanie II, pozycja 22. Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

„Zadanie III, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjna o rozmiarze 0,5x25 mm?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 23

„Zadanie III, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjna o rozmiarze 0,5x40mm?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24

„Zadanie III, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 4 paski kontrastujące w RTG z ostrzem typu back-cut (ściętym od dołu)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

„Zadanie III, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków pakowanych a'250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26

„Zadanie III, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną środkiem myjącym?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27

„Zadanie III, pozycja 11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu skuteczności filtracji BFE, VFE min. 99,999% stanowiący system zamknięty w przyrządach do przetaczania?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

„Zadanie III, pozycja 14-16, 18. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

„Zadanie III, pozycja 14-16, 18. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm ($\pm 0,01$), na mankiecie 0,06mm ($\pm 0,01$), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 31

„Zadanie 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

„zadanie 2, poz. 2-3,5-6,17

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-3,5-6,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

„Zadanie 3, poz. 2,8-9,17,19-20

Czy zamawiający wydzieli poz. . 2,8-9,17,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 24 szt .?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

„Czy zamawiający dopuści długość 200 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 3 – Lp. 20, w ten sposób, że:

BYŁO:

„Wąsy tlenowe z drenem 2,1m dla dorosłych”

JEST:

„Wąsy tlenowe z drenem o dł. min. 200cm do max. 210cm dla dorosłych”

Pytanie 36

„Pakiet 4, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 37

„Pakiet 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z powyżej udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ tj. formularza asortymentowo-cenowego, poprzez naniesienie zmian zgodnie z udzielonymi

odpowiedziami. Poprawiona wersja Załącznika nr 1 do SWZ została opublikowana wraz z niniejszymi Wyjaśnieniami.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
mgr Andrzej Kowalski