

Do zainteresowanych

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę ultrasonografu i generatora o częstotliwości mikrofalowej do ablacji tkanek miękkich**

znak sprawy WSzSL/DZ-79/18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 04-12-2018 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, tj. a) Cena -60%, b) Parametry użytkowo-techniczne – 25 % oraz c) Okres gwarancji i rękojmi – 15% Zamawiający dokonał wyboru oferty niżej wymienionych Wykonawców.

Oferty spełniają wymagania określone w SIWZ oraz uzyskały najwyższe liczby punktów:

Oferta 1 - Medinco Polska Sp. z o.o. sp. k ul. Tomaszewskiego 9, 60-692 Poznań – Pakiet 1 - cena brutto: 136.944,00 zł

Oferta 2 - Optimed Pro- Office A.P. Szewczyk Sp. Jawna ul. Forteczna 5 32-086 Węgrzce - Pakiet 2 – cena brutto : 450.360,00 zł

Streszczenie oceny złożonych ofert

Numer oferty/nr Pakietu	Nazwa i adres Wykonawcy	Przyznane punkty w kryterium „Cena”	Przyznane punkty w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*	Przyznane punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”	Łączna liczba przyznaczonych punktów
1/1	Medinco Polska Sp. z o.o. sp.k ul. Tomaszewskiego 9, 60-692 Poznań	60	25	15	100
2/2	Optimed Pro- Office A.P. Szewczyk Sp. Jawna ul. Forteczna 5 32-086 Węgrzce	60	25	15	100

* - przyznane punkty częściowe zawierają Tabelka A i Tabelka B znajdujące się w Załączniku nr 1

Jednocześnie informujemy, iż **umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte w dniu 06-12-2018 r.**

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną, udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń szpitala.

Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO na potrzeby realizacji zamówienia publicznego.

Adresatem tej informacji są przede wszystkim osoby fizyczne (wykonawcy) przekazujące swoje dane osobowe bezpośrednio Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy.

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaskiewicza 5, 59-220 Legnica (dalej: „Szpital”). Kontakt tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna).
- Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital.legnica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). (dalej „ustawa Pzp”)w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z korzystnym dla Pana/Pani rozstrzygnięciem postępowania, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych) i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp).
- Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”).

- Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”).
- Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby realizacji Zamówienia wynikają bezpośrednio z SIWZ Zamówienia, Szpital _____ przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG)
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp., a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Szpitala (np. dostawcy usług IT, księgowość, kancelarie _____ prawne) _____ oraz _____ pracownicy i współpracownicy Szpitala.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W związku z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane dodatkowo do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie przepisów prawa.
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Szpital do odbiorcy w państwie trzecim.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- co do zasady Pana/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jest istotnie ograniczone, w szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik

07

Tabela A

Oferta 1 - Medinco Polska Sp. z o.o. sp.k ul. Tomaszewskiego 9, 60-692 Poznań				
Lp	Opis parametru punktowanego	Informacja o parametrach punktowanych	Oferowany parametr punktowany	Przyznane punkty częściowe
6	Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 200.000	200.000 - 0 pkt > 200.000 - 5pkt	TAK - ilość niezależnych kanałów przetwarzania- 225 792	5
8	Ekran dotykowy min. 8" z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji.	8" - 0 pkt; > 8" - 5 pkt	TAK - Ekran dotykowy 9,9" z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji.	5
17	Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3	więcej gniazd - 5 pkt	TAK - Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych - 4	5
Archiwizacja				
1	Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥ 2000	2000 - 0 pkt; > 2000 - 5 pkt	TAK - Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) - 5200 obrazów	5
TRYBY OBRAZOWANIA				
12	Zakres regulacji korekcji kąta - Minimum: 0 - 85°	0 - 85° - 0 pkt; > 85° - 5 pkt	TAK - Zakres regulacji korekcji kąta - Minimum: 0 - 90°	5
GŁOWICE				
4	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości)	> 2 par - 5 pkt; 2 pary - 0 pkt	TAK - możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego 3 różne częstotliwości 2,0; 2,8; 3,6 MHz	5
11	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości)	> 2 par - 5 pkt; 2 pary - 0 pkt	TAK - Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego 3 różne częstotliwości 4,0; 5,0; 6,0 MHz	5
18	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości)	> 2 par - 5 pkt; 2 pary - 0 pkt	TAK - Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego 3 różne częstotliwości 6,7,8,3,10 MHz	5
			łącznie	40

Tabela B

Oferta 2 - Optimed Pro- Office A.P. Szewczyk Sp. Jawna ul. Forteczna 5 32-086 Węgrzce				
Lp	Opis parametru punktowanego	Informacja o parametrach punktowanych	Oferowany parametr punktowany	Przyznane punkty częściowe
1	moc minimalna 100W	powyżej 100W - 10 pkt	140W	10
11	Dotykowy, kolorowy ekran sterujący	Tak- 5 pkt; Nie- 0pkt	Tak	5
18	Funkcja ablacji śladu wkłócia	Tak- 5 pkt; Nie- 0pkt	Tak	5
			łącznie	20

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik