

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

Wrocław, dnia 18.10.2023r.

Dotyczy: **TP 81/23 Dostawa środków kontrastowych wraz z osprzętem**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w pakiecie nr 12 zestaw do strzykawki automatycznej Optistar zawierający łącznik Y z dwoma zaworkami zwrotnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i tym samym podtrzymuje zapis SWZ dla zadania 12: Jednorazowy zestaw do strzykawki automatycznej Optistar do podawania kontrastów RM, składający się z: 2x strzykawka 60ml+ 2x kolce do napełniania + łącznik Y ze zwijającym drenem o długości 230cm lub 250cm z pojedynczym zaworem zwrotnym.

Opracowała: Agnieszka Bolewska