



Konin, 22.05.2024r

WSZ-EP-12/631/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów nr sprawy - WSZ-EP-12/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. *Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem projekt technologii medycznej, czy Zamawiający posiada Projekt technologii medycznej? – w postępowaniu jest tylko ogólny materiał rysunkowy, zawarty w PFU.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie realizowane jest w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z powyższym to po stronie Wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej opisanej w PFU, w tym projektu technologii medycznej.

2. *Czy Zamawiający posiada projekt osłon radiologicznych a jeśli nie, to czy Zamawiający będzie wymagał jego wykonania na etapie realizacji zadania?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie realizowane jest w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”,

W związku z powyższym, to po stronie Wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej opisanej w PFU, w tym projektu osłon radiologicznych wraz z uzgodnieniami.

3. *Czy Zamawiający może udostępnić szczegółowe parametry techniczne dla wyposażenia, wskazanego do każdego numeru pomieszczenia (PFU strony od 5-9)? Brak tych parametrów może zagrozić wyceną i dostawą mebli i innego wyposażenia o niskiej, nieakceptowalnej przez zamawiającego jakości.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie powinno być zgodne z projektem technologii medycznej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnione z Użytkownikiem i Zamawiającym.

Zamawiający doprecyzowuje powyższe w odpowiedziach od 5 do 11.

4. *Prosimy Zamawiającego o informację jakiej grubości osłony RTG należy przyjąć dla systemu panelowego?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubości osłony RTG mają być zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. *Dotyczy: pomieszczenia Nr 2. Funkcja: przygotowanie pacjenta: Wyposażenie: Regały, półki, blat roboczy, szafki, lodówka, wieszaki, kosze, lustra, dozowniki i inne – wg wymagań projektu technologii medycznej. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: 1 szt. zabudowa meblowa dolna i górna, z umywalką, zlewozmywakiem jednokomorowym, lodówką podblatową do zabudowy i wbudowanym sejfem na leki narkotyczne; 2x dozownik 500 ml; 1 szt. pojedynczy zbieracz odpadów z dolną półką zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem, obręczą, zawiasem i mechanizmem pedałowym spowolnienia opadania pokrywy (tłumienie hałasu). 1 szt. kubetek pedałow na odpady blacha stalowa lakierowana, wytrzymała konstrukcja pedału, trwały ognioodporny wkład ocynkowany, cicha, zapachoszczelna pokrywa z wytłumieniem w kolorze czerwonym

6. *Dotyczy: pomieszczenia Nr 3. Funkcja: pomieszczenie techniczne: Wyposażenie: blat, regał. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: 1 szt. zabudowa meblowa: strona lewa: 3x regał, wewnątrz regulowane półki, 1x regał na wieszaki, wewnątrz od dołu półka stała, od góry drążek na wieszaki. Strona prawa: 4 x regał, wewnątrz regulowane półki; 1 szt. podwójny zbieracz odpadów, z mechanizmem pedału i mechanizmem tłumienia hałasu, pokrywy czerwona i niebieska ze zintegrowanym zawiasem. 1 szt. kubetek pedałow na odpady, blacha stalowa lakierowana, wytrzymała konstrukcja pedału, trwały ognioodporny wkład ocynkowany, cicha, zapachoszczelna pokrywa, z wytłumieniem.

7. *Dotyczy: pomieszczenia nr 4. Funkcja: sala zabiegowa: Wyposażenie: Regały, półki, zamykane szafki, wieszaki i inne – wg wymagań projektu technologii medycznej, Wyposażenie w sprzęt i aparaturę wg wymagań projektu technologii medycznej. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: Zabudowa meblowa do wbudowania w system panelowy wykonana ze stali kwasoodpornej. Fronty malowane proszkowo na kolor RAL. Zestaw mebli medycznych:

1. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, podwójne drzwi, zamykana za pomocą rolety rozsuwanej na boki szafy. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy półki szt.1.
2. Szafa medyczna jednoskrzydłowa, lewe drzwi, zamykana za pomocą rolety rozsuwanej na bok szafy. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy półki szt.1.
3. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, z uchwytnymi na cewniki, podwójne drzwi, zamykana za pomocą rolety rozsuwanej na boki szafy. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy wysuwane wieszaki do przechowywania cewników w pozycji wiszącej oraz półki szt.1.
4. Szafa medyczna jednoskrzydłowa, lewe drzwi, zamykana za pomocą rolety rozsuwanej

na bok szafy, wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy półki szt.1.

5. Szafka stojąca z szufladami. Szafka z pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą), zamek centralny. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. szt.3.

6. Błat nierdzewny na powyższe szafki szt.1.

7. Szafa medyczna jednoskrzydłowa, prawe drzwi, zamykana za pomocą rolety rozsuwanej na bok szafy. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy półki. szt.1.

8. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, z uchwytnymi na cewniki, podwójne drzwi. Szafa zamykana za pomocą rolety rozsuwanej na boki szafy. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy wysuwane wieszaki do przechowywania cewników w pozycji wiszącej i półki szt.1.

9. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, z uchwytnymi na cewniki, podwójne drzwi, zamykana za pomocą rolety rozsuwanej na boki szafy. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy wieszaki do przechowywania cewników w pozycji wiszącej i półki szt.3.

8. *Dotyczy: pomieszczenia Nr 5. Funkcja: sterownia: Wyposażenie: Błat roboczy, trzy krzesła obrotowe, regały i szafy na dokumentację Wyposażenie w sprzęt i aparaturę wg wymagań projektu technologii medycznej. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: fotel obrotowy, oparcie w całości tapicerowane, zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, mechanizm synchroniczny, podłokietniki regulowane, tapicerka zmywalna 3 szt. Błat podwieszany do ściany 1 szt., kontener mobilny z zamkiem centralnym 3 szt.; szafa aktowa drzwi i plecy pełne z półkami i zamkiem 5 szt.

9. *Dotyczy pomieszczenia Nr 6. Funkcja: przygotowanie lekarza: Wyposażenie: Regały, półki, wieszaki, kosze, lustra, dozowniki, szczotki i inne – wg wymagań projektu technologii medycznej. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: 1 szt. kubetek pedałowaty na odpady, blacha stalowa lakierowana na biało, stabilna, wytrzymała konstrukcja pedału, trwały ognioodporny wkład ocynkowany, cicha, zapachoszczelna pokrywa, z wytłumieniem; 1 szt. myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej, wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. W wyposażeniu syfon 2x, baterie bezdotykowe - 2x, podajnik mydła bezdotykowy 2x, podajniki płynu dezynfekcyjnego - 2x, podajniki ręczników papierowych 2x. Wieszak podłogowo-ścienny ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

10. Dotyczy pomieszczenia Nr 9. Funkcja: pomieszczenie socjalne: Wyposażenie: Szafki odzieżowe, szafki kuchenne z blatem, zlew, umywalka, lodówka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, stolik, 4 krzesła, kanapa rozkładana (sofa), dwa fotele i stolik niski. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: 1szt. zabudowa meblowa dolna i górna z umywalką, zlewozmywakiem jednokomorowym, lodówką podblatową do zabudowy i wbudowanym sejfem na leki narkotyczne; 2 x dozownik; 2 szt. stół blat z płyty melaminowane; 4 szt. krzesło z podłokietnikami; 1 szt. sofa wypoczynkowa z funkcją spania, tapicerka zmywalna; 1 szt. stolik okolicznościowy z blatem z płyty melaminowanej; 2 szt. fotel do stolika i sofy.

11. Dotyczy pomieszczenia Nr 11. Dyżurka lekarska: Wyposażenie: kanapa, biurko, fotel, regały, szafa odzieżowa, telewizor z instalacją antenową. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do podania ilości wyposażenia minimalnego, bez podawania wymiarów, ponieważ określi to projekt wykonawczy. Wyposażenie minimalne: 1 szt. biurko komputerowe, stelaż metalowy, blat z płyty melaminowanej; 1 szt. kontener mobilny z zamkiem centralnym; 1szt. fotel obrotowy, oparcie w całości tapicerowane, podłokietniki regulowane, tapicerka zmywalna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych; 1 szt. krzesło z podłokietnikami; 1szt. telewizor, 1 szt. sofa wypoczynkowa, z funkcją spania, tapicerka zmywalna; 1 szt. szafa aktowa, drzwi i plecy pełne, z półkami i zamkiem centralnym, 1 szt. szafa ubraniowa.

12. Dotyczy pomieszczenia Nr 13. Funkcja: komunikacja: Wyposażenie: zamykane szafki wzdłuż ścian komunikacji. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa ilości ponieważ określi to projekt wykonawczy.

13. Dotyczy pomieszczenia Nr 15. Funkcja: magazyn sprzętu: Wyposażenie: regały. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa ilości ponieważ określi to projekt wykonawczy.

14. Dotyczy pomieszczenia Nr 16. Funkcja: magazyn czysty: Wyposażenie: regały, dwa duże kosze: 1 na brudną odzież, 1 na brudne obuwie medyczne. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa ilości ponieważ określi to projekt wykonawczy.

15. Dotyczy pomieszczenia Nr 17. Funkcja: magazyn: Wyposażenie: regały. Prosimy o dokładną specyfikację ilościową oraz parametry wyszczególnionych elementów wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa ilości ponieważ określi to projekt wykonawczy.



16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sufitów wykonanych ze stali ocynkowanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

17. Prosimy Zamawiającego o informację jakiej ochrony RTG wymaga w pomieszczeniu nr 4 funkcja: sala zabiegowa, w ścianach i drzwiach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie realizowane jest w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”,

W związku z powyższym, to po stronie Wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej opisanej w PFU, w tym projektu osłon radiologicznych wraz z uzgodnieniami.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska