



INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„Dostawa środków opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, smoczków i żelu znieczulającego”.

Pytanie 1, pakiet 42 poz.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 12,5 x 12,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, pakiet 1, poz. 1-2, kompresy jałowe.

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu.

Pytanie 4, pakiet 5, poz.1-7

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 25 mb siatki w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 5, pakiet 11, poz. 1-8


Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6.

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu



Pytanie 7, pakiet 17, poz. 4, 11-13,

Czy zamawiający wydzieli poz.4,11-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu.

Pytanie 8, dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9, pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 ŚRODEK HEMOSTATYCZNY W POSTACI PROSZKU, POCHODZENIA ROŚLINNEGO DO UŻYCIA JAKO WCHŁANIALNY ŚRODEK HEMOSTATYCZNY, POMAGAJĄCY W TAMOWANIU KRWAWIEN PODCZAS ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH. NIE ZAWIERAJĄCY SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ANI LUDZKIEGO. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W LAPAROSKOPII WRAZ Z APLIKATOREM 14cm lub 38 cm. CAŁKOWITA WCHŁANIALNOŚĆ W CIĄGU MAX. 48 GODZIN. rozkładany przez amylazę GOTOWY DO UŻYCIA PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWYWANIA. NIE WYMAGAJĄCY PRZECHOWYWANIA W SPECJALNYCH WARUNKACH. Możliwość zastosowania przy autotransfuzjach krwi potwierdzona w instrukcji użytkowania. 1G wystarcza na pokrycie powierzchni 29.12cm²

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „Wielkość cząsteczki przekraczająca 40 mikronów. Zdolność absorbcyjna na 1 g 100 ml wody „ Wchłanianie wody nie ma znaczenia klinicznego. Wchłanianie w wodzie może znacząco różnić się od tego w warunkach fizjologicznych w przypadku proszków o ładunku dodatnim lub ujemnym, jakim może być produkt konkurencji w wodzie czyli może być nawet 2-4x większy niż w warunkach fizjologicznych. Potwierdzenie działania hemostatycznego powinno znajdować się w deklaracji zgodności oraz mieć potwierdzenie w badaniach klinicznych

Wprowadzenie wymogu: „Zdolność absorbcyjna na 1 g 100 ml wody „ „ jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji , gdyż tylko jedna firma na rynku ma taki dokument i służy on jedynie do wykluczenia pozostałych Wykonawców w konsekwencji braku możliwości złożenia oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10, pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 aplikator 14 cm z możliwością docięcia do 9 cm. pakowany oddzielnie z odpowiednim przeliczeniem ilości? Sposób konfekcjonowania nie ma wpływu na wartości użytkowe.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 11, pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 ŚRODEK HEMOSTATYCZNY W POSTACI PROSZKU, POCHODZENIA ROŚLINNEGO DO UŻYCIA JAKO WCHŁANIALNY ŚRODEK HEMOSTATYCZNY, POMAGAJĄCY W TAMOWANIU KRWAWIEŃ PODCZAS ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH. NIE ZAWIERAJĄCY SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ANI LUDZKIEGO. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W LAPAROSKOPII WRAZ Z APLIKATOREM 14cm lub 38 cm. CAŁKOWITA WCHŁANIALNOŚĆ W CIĄGU MAX. 48 GODZIN, rozkładany przez amylazę. GOTOWY DO UŻYCIA PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWYWANIA. NIE WYMAGAJĄCY PRZECHOWYWANIA W SPECJALNYCH WARUNKACH. Możliwość zastosowania przy autotransfuzjach krwi potwierdzona w instrukcji użytkowania. 3G wystarcza na pokrycie powierzchni 82.88cm²

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „Wielkość cząsteczki przekraczająca 40 mikronów Zdolność absorbcyjna na 1 g 100 ml wody „ Wchłanianie wody nie ma znaczenia klinicznego. Wchłanianie w wodzie może znacząco różnić się od tego w warunkach fizjologicznych w przypadku proszków o ładunku dodatnim lub ujemnym, jakim może być produkt konkurencji w wodzie czyli może być nawet 2-4x większy niż w warunkach fizjologicznych.

Potwierdzenie działania hemostatycznego powinno znajdować się w deklaracji zgodności oraz mieć potwierdzenie w badaniach klinicznych

Wprowadzenie wymogu: „Zdolność absorbcyjna na 1 g 100 ml wody „ „ jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji , gdyż tylko jedna firma na rynku ma taki dokument i służy on jedynie do wykluczenia pozostałych Wykonawców w konsekwencji braku możliwości złożenia oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 12, pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 aplikator 14 cm z możliwością docięcia do 9 cm. pakowany oddzielnie z odpowiednim przeliczeniem ilości. Sposób konfekcjonowania nie ma wpływu na wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 13, pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 Aplikator laparoskopowy, elastyczny, dł. 38 cm. Aplikator kompatybilny z proszkiem z poz 1 i 2. Pakowany po 10szt. w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14, pakiet 41 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w wersji nieprzylepnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15, pakiet 41 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w wersji przylepnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, pakiet 41 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w formie żelu.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 17, dotyczy wzoru umowy paragraf 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną w formacie PDF?.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 18, pakiet 25, poz.1



Czy Zamawiający dopuści produkt: Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery W- przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlecz RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19, pakiet 25, poz.1

Czy Zamawiający dopuści produkt: Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, mikrobiologicznie czysty i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlecz RTF. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu folia -folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym. Pakowany po 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20, pakiet 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt: Smoczek do butelki dla niemowląt a' 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia niemowląt, smoczek z otworem nie okrągłym, podwójnym, regulowanym o 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlecz RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 21, pakiet 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt: Smoczek do butelki dla niemowląt a' 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia niemowląt, smoczek z otworem nie okrągłym, podwójnym, regulowanym o 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlecz RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Baraszak