

Warszawa, dnia 17 października 2023 r.

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:  
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”  
**Nr postępowania: O.OZP.260.30.9.2023**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy** zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia następującej treści na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

### **Wniosek nr 1** **część 5**

- 1. Czy Zamawiający dopuści wysokość z otwartą pokrywą [mm] : 768 ?**
- 2. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia: H x W x D [mm] : 380 x 443 x 695 ? 3. Czy Zamawiający dopuści max. poziom hałasu wynoszący 65 dB ?**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza urządzenia o ww. wymiarach oraz maksymalnym poziomie hałasu

### **Wniosek nr 2**

#### **Pytanie (do części 5)**

**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki sklasyfikowanej przez producenta jako wyrób medyczny i w związku z tym posiadającej stawkę VAT 8%?**

Zamawiający dopuści taki wyrób pod warunkiem spełnienia innych wymogów określonych treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający przekazuje zaktualizowaną treść Projektowanych Postanowień Umowy.

Ww. odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

**ZATWIERDZIŁ**

**Dyrektor**

**Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH –  
Państwowego Instytutu Badawczego  
dr n. med. Bernard Waśko**