



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 30.12.2022 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku postępowanie 18.2022.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany treści SWZ .

A. -----

Dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 drenu o długości 200 cm, 7 mm średnica wewnętrzna z doklejoną końcówką żeńską nieprzeźroczystą, z drugiej strony dołączona końcówka typ Yankauer 22 CH, opakowanie podwójne

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

B-----

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, z drenem o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtry o masie 30 g i objętości 53 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtry o masie 19 g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyroby ze śladową ilością ftalanów, zgodą z obowiązującymi w naszym kraju normami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy zewnętrznej 5mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż ten parametr nie jest wymogiem mającym kliniczne uzasadnienie w warunkach szpitalnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerzolową dla dzieci i dorosłych (rozmiary M, XL), nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 μ m przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5-11

Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

C-----

1. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy

4. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy

5. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 43 dopuści zaciskacz sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

6 Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 14 dopuści jak poniżej

Worek do dobowej zbiórki moczu



- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- po wykorzystaniu przekazać do utylizacji
- przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym
- chronić przed światłem słonecznym
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 000 ml
- worek z podziałką co 100ml, dren zakończony łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiająca cofnięcie się moczu z worka do cewnika, z zaworem typu T odpływu dolnego.
- dren o długości 90 cm.
- tylna biała ściana umożliwiającą lepszą wizualizację wypełnienia worka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

D.....

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z końcówką typu Tiemann z balonem 5-10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 7 – 12 – Czy Zamawiający dopuści dreny Kehr T o długości ramion 450 x 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet nr 1, pozycja 7 – 12 – Czy Zamawiający oczekuje drenów wykonanych z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 1, pozycja 32 – Czy Zamawiający ma na myśli elektrody typu Quick-Combo do defibrylatora Lifepak?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 38 – 39 – Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania moczu w rozmiarach 190 x 70 mm o pojemności 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 44 – 55 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 56 - Czy Zamawiający dopuści cewnik typ Pezzer posiadający zakończenie w postaci główki z 3 (trzemą) otworami przelewowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 58 – 65 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o następującym opisie:

- Wykonany z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych
- Otwarta końcówka atraumatyczna z sześcioma bocznymi otworami
- Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu
- Specjalnie wyprofilowane otwory drenujące o kształcie stożkowym zapobiegające wrastaniu tkanek oraz zatykaniu światła drenu
- Długość 50cm
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia
- W rozmiarach: Ch 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 66 – 71 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800mm z perforacją na długości 15cm, posiadający trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 66 – 71 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona z pojedynczym czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 76 – Prosimy o doprecyzowanie – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opak. a'90 szt. – wycena 111 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający zamawia 111 op. po 50 szt. jednocześnie dopuszczamy zaferowanie opakowań do 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pakiet nr 1, pozycja 79 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą w rozmiarze 20G / 1,1 x 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 81 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 43x45mm (okrągła z wypustką)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 1, pozycja 82 - Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja 1 – 16 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z elastycznego PVC niesilikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..

Pakiet nr 5, pozycja 1 – 16 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PVC niesilikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja 1 – 16 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja 1 – 16 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, z nazwą producenta umieszczoną na korpusie rurki zamiast na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w rozmiarze 3,0 zamiast 2,5?



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja 17 – 26 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu, wykonaną z termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja 27 – 41 - Czy Zamawiający dopuści zbrojoną rurkę intubacyjną

z mankiem, wykonaną z elastycznego PCV bez powłoki silikonowej, z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze 3,0 zamiast 2,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja 48 – 53 - Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe

z polipropylenowym (PP) blokerem zgryzu, który zabezpiecza przed zamknięciem światła rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja 54 – 60 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z dwoma naprzemianległymi otworami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Uwaga : jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadza wymóg aby cewniki wymienione w poz. 54-60 posiadały jedynie otwory boczne bez otworu centralnego.

Pakiet nr 5, pozycja 54 – 60 - Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w opak. typu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja 1– 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny z średnicą zewnętrzną 5,0mm +/-0,3 bez regulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja 1– 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny z średnicą zewnętrzną 5,3mm w jednym rozmiarze Ch16 o długości 2100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem

o pojemności 8ml oraz ze średnią wielkością wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 426 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja 1– 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu innego producenta niż w poz. 5-8?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 7, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści igłę do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 x 12 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

- zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o standardowej długości 210cm
- końcówka CH 21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz z 4 otworami bocznymi, długość końcówki 26 cm
- dren CH 24 o średnicy wewn./zewn. 5.6mm/8.0mm
- dren z obustronnym uniwersalnym zakończeniem typu lejek, z możliwością szczelnego dopasowania do każdego typu zakończenia ssaka z jednej strony, do końcówki z drugiej strony (możliwość wymiany końcówki ssącej na inną w trakcie zabiegu)
- jałowy, pakowany podwójnie: w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 9, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 100ml ze skalą zaczynającą się od 100ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 9, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści worki z możliwością opisanie bez dedykowanego pola do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje portu zabezpieczonego przez przypadkową kontaminacją membrany, np. w postaci okalającego kołnierza?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 10, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu z drenem 120cm, bezigłowym portem do pobierania próbek, bez zacisku na drenie, z dołączonym (pakowanym osobno) wieszakiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.


Pakiet nr 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań z pojemnikiem o pojemności 25 ml skalowanym co 2 ml, w nakrętce pojemnika zintegrowana 2 dreny (jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania) w zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka umożliwiająca identyfikację pojemnika, jałowy, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 16, pozycja 1-9 – Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne kompatybilne ze strzykawkami luer i luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 17, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond z dwustopniowym systemem aplikacji tj. 2 mocowania do skóry i 2 mocowania cewnika?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

E-----

Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści:

Poz 1 worek stomijny post-op sterylny, z zaworem odpływowym z zatyczką, do zakładania po zabiegu operacyjnym, zatyczka złączona z workiem, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, worek z podziałką ułatwiającą ocenę wypełnienia worka, docięcie płytki 10-70 mm lub 10-100 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia zamówienia w ciągu 24 godzin w trybie na cito w pakiecie 19. Ze względu, iż nasz magazyn znajduje się w Czechach nie jesteśmy w stanie zagwarantować szybszej dostawy niż dwa dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu dostarczania zamówienia w ciągu 24 godzin w trybie na cito w pakiecie 19.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 19 – worki pakowane po 5 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest to-war do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

F-----

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z pojemnikiem o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 2, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP i EVA?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 2m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP i EVA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości po rozciągnięciu 1,2m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dołączony osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dołączony osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, pozycja nr 8 (8a-8f) – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca rozmiaru, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczone na korpusie maski, informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; jałowa; pakowana w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną instrukcją użycia; zawierająca niewielkie ilości ftalanów; dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 1-16 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet nr 5, pozycja nr 1-16 – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na baloniku kontrolnym, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja nr 17-26 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 27-41 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 27-41 – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na baloniku kontrolnym, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja nr 27-41 – Czy zamawiający dopuści rurki wzmocnione drutem na długości od łącznika do mankietu rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 27-41 – Czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 3,0 – 10,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści rurki niesilikonowane rurki tracheostomijne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 48-53 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel z blokadą przeciw zgryzieniu wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 5, pozycja nr 57 – Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja nr 1-4 – Czy zamawiający dopuści dren do podawania tlenu przez nos o średnicy zewnętrznej 5mm oraz średnicy wewnętrznej 4,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści dren do podawania tlenu przez nos w rozmiarze S?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 6, pozycja nr 5-6 – Czy zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający cząstki leku w zakresie 2,0-2,2 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 4,26m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści dren mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren z nieprzeźroczystym konektorem w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości 27cm i średnicą zewnętrzną 7,51mm (CH21)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 18, pozycja nr 1-7 – Czy zamawiający dopuści łyżki z plastikowym zamkiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 8, pozycja nr 8-9 – Czy zamawiający dopuści łyżki światłowodowe metalowe z plastikowym mocowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

G.-----

Pakiet 2:

Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Zestawu do nebulizacji zawierającego wyskalowany pojemnik na lek o pojemności 10-12 ml (skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml), dren tlenowy (gwiazdkowy) o długości min.200 cm, ustnik, złączka „T” 22mmM-22mmF-15mmF, możliwość pracy w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Poz.2:



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9999\%$, p/wirusowej $\geq 99,999\%$, skuteczność filtracji względem NaCl $\geq 97,100\%$; bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 36 ml, opory przepływu 2,1 cm H₂O przy 60 l/min (0,8 cm H₂O przy 30 l/min), objętość oddechowa V_t 150-1200 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz.2 i 3:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania układu oddechowego karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L, rura z konektorem i worek osobno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 10

Pozycja 1

1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej posiadającego dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłociową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. Sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, ma mieć możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

3. Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek moczu ma być bezigłowy z przezroczystym okienkiem podglądu, co pozwala na pobranie próbki moczu bez użycia igły, co eliminuje ryzyko zakłucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pozycja 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzalamaniowy 120cm, zastawka antyzwrotna, opcja ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, użycie do 7 dni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z niesterylnym wieszakiem dostarczonym osobno.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 7

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼".

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,7x 32 mm zamiast 0,7x 32mm . Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼" .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł krótkościętych SB/BS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł krótkościętych SB/BS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do wstrzykiwaczy insuliny typu pen 0,33 x 12,5 mm zamiast 0,33 x 12,7 mm . długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi ½"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu o długości min.210cm i śr. wew. 5,6-7mm z jedną naturalnie rozszerzoną nieprzeźroczystą końcówką i drugą z dołączoną końcówką Yankauer o dł. Min.22 cm i śr. wew. Min.6,5mm ; opakowanie podwójne: wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne op. folia-papier, jałowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 16

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych 0,6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼" .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,7x 32 mm zamiast 0,7x 32mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼" .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł 0,7x 32 mm zamiast 0,7x 30mm.

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu z wytrzymałością na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –min. 12,5 psi, który umożliwia bezpieczne prowadzenie terapii płynowo lekowej przy użyciu pompy infuzyjnej . ilość aktywacji 360 lub 7 dni Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 16

Poz., 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły iniekcyjnej z kodowaną kolorystycznie, zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Ruchoma w zakresie 180 °, Osłona aktywowana jedną ręką lub za pomocą nacisku na twardą powierzchnię. Osłona w postaci jednoelementowego ramienia w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły zgodnie z kodem kolorystycznym .ISOz wyraźnym kliknięciem oznaczającym aktywację mechanizmu zabezpieczającego. Kompatybilna ze strzykawkami Luer Slip i Luer Lock, nasadka kodowana kolorystycznie zgodnie z ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister pack z napisami w języku polskim, opakowanie zbiorcze a' 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼" .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,67 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz.10.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o poniższych parametrach:

system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, przezroczysty, membrana jednorodna, przezroczysta, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyńniowe zabezpieczone protektorem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 15 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2 um (czyli o dwukrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego skuteczności filtracji) i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę bezigłową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

H.-----

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 1 dopuści Zestaw do nebulizacji zawierający wyskalowany pojemnik na lek o pojemności 6 ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 6 dopuści Przedłużacz do podłączenia rurki intubacyjnej i filtr oddechowy osobno pakowane, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 7 dopuści Przedłużacz do podłączenia rurki intubacyjnej i filtr oddechowy osobno pakowane, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 8 a-f dopuści

Maska krtaniowa. Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, kodowana kolorem, torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, rurka i mankiet stabilnie połączone w jedną całość dla większego bezpieczeństwa, koniuszek mankieta niepodwijający się podczas zakładania,

Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na rurce, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, bez ftalanów,

7 rozmiarów:

Rozm. 1 <5kg;

Rozm. 1,5 5-10kg;

Rozm. 2; 10-20kg;

Rozm. 2,5; 20-30kg;

Rozm. 3; 30-50kg;

Rozm. 4; 50-70kg;

Rozm. 5 >70kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie, rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3 ; 4;5

5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 8 a-f dopuści

Maska krtaniowa jednorazowa, wykonana z silikonu. Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, kodowana kolorem, torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, rurka i mankiet stabilnie połączone w jedną całość dla większego bezpieczeństwa,

koniuszek mankieta niepodwijający się podczas zakładania,

Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na rurce, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, bez ftalanów,

7 rozmiarów:



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Rozm. 1 <5kg;
Rozm. 1,5 5-10kg;
Rozm. 2; 10-20kg;
Rozm. 2,5; 20-30kg;

Rozm. 3; 30-50kg;
Rozm. 4; 50-70kg;
Rozm. 5 >70kg ?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3 ; 4;5

I.-----
Pakiet nr 2 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8:
Czy Zamawiający wymaga kart katalogowych potwierdzających wymagania parametrów technicznych z SWZ?
Karty katalogowe pozwolą na weryfikację zgodności oferty z wymaganiami SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga .

Pakiet nr 6 Poz 1
Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt KANIULA DONOSOWA TLENOWA Ergonomiczne gładkie, miękkie, delikatne „noski” Cewnik dwudrożny Długość 2 m ze standardowym łączem pasującym do różnych źródeł tlenu Materiał –bardzo delikatny medyczny PVC Zamocowanie z tyłu głowy Nie zawierają lateksu , ftalanów (DEHP i PHT) i BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy Pakowane pojedynczo. dla Dorosłych
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6 Poz 2,3
Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt KANIULA DONOSOWA TLENOWA Ergonomiczne gładkie, miękkie, delikatne „noski” Cewnik dwudrożny Długość 2 m ze standardowym łączem pasującym do różnych źródeł tlenu Materiał –bardzo delikatny medyczny PVC Zamocowanie z tyłu głowy Nie zawierają lateksu , ftalanów (DEHP i PHT) i BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy Pakowane pojedynczo. Dla Dzieci
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6 Poz 4
Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt KANIULA DONOSOWA TLENOWA Ergonomiczne gładkie, miękkie, delikatne „noski” Cewnik dwudrożny Długość 2 m ze standardowym łączem pasującym do różnych źródeł tlenu Materiał –bardzo delikatny medyczny PVC Zamocowanie z tyłu głowy Nie zawierają lateksu , ftalanów (DEHP i PHT) i BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy Pakowane pojedynczo. Dla noworodków.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6 Poz 5
Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt MASKA Z NEBULIZATOREM Anatomicznie ukształtowana maska Materiał PVC Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami Taśma mocująca na głowie Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml) Dysza Venturiego Błaszka dopasowująca do nosa Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy. Dla Dorosłych
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6 Poz 6
Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt MASKA Z NEBULIZATOREM Anatomicznie ukształtowana maska Materiał PVC Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami Taśma mocująca na głowie Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml) Dysza Venturiego Błaszka dopasowująca do nosa Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy, Dla Dzieci
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6 poz 7
Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt MASKA TLENOWA Z DRENEM Anatomicznie ukształtowana maska Materiał: delikatny medyczny PVC Nie zawiera lateksu, ftalanów i BPA (bisfenolu A) Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem Elastyczna taśma mocująca na głowie Błaszka dopasowująca do nosa Otwory boczne ułatwiające wydech Dobrze przylegająca do twarzy Etykieta zawiera: nr kat, nr LOT i datę ważności Czysta mikrobiologicznie Produkt jednorazowy. Dla dorosłych
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet nr 6 poz 8

Czy zamawiający dopuszcza jako równoważny produkt MASKA TLENOWA Z DRENEM Anatomicznie ukształtowana maska Materiał: delikatny medyczny PVC Nie zawiera lateksu, ftalanów i BPA (bisfenolu A) Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem Elastyczna taśma mocująca na głowie Błazka dopasowująca do nosa Otwory boczne ułatwiające wydech Dobrze przylegająca do twarzy Etykieta zawiera: nr kat, nr LOT i datę ważności Czysta mikrobiologicznie Produkt jednorazowy. Dla dzieci

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pakiet nr 6 poz 9

Czy zamawiający dopuszcza jako równoważny produkt MASKA TLENOWA Z REZERWUAREM Zestaw do wysokiej koncentracji tlenu Anatomicznie ukształtowana maska Materiał: elastyczny medyczny PVC z zaworem zwrotnym Dren tlenowy (gwiazdkowy, antyzagięciowy) 2,0 m ze standardowymi złączami Taśma mocująca na głowie Błazka dopasowująca do nosa o poj. 1000ml Rezerwuar tlenowy(worek) Koncentracja tlenu O₂ do 100% Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i PHT), BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy Dla dorosłych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pakiet nr 6 poz 10

Czy zamawiający dopuszcza jako równoważny produkt MASKA TLENOWA Z REZERWUAREM Zestaw do wysokiej koncentracji tlenu Anatomicznie ukształtowana maska Materiał: elastyczny medyczny PVC z zaworem zwrotnym Dren tlenowy (gwiazdkowy, antyzagięciowy) 2,0 m ze standardowymi złączami Taśma mocująca na głowie Błazka dopasowująca do nosa o poj. 1000ml Rezerwuar tlenowy(worek) Koncentracja tlenu O₂ do 100% Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i PHT), BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy Dla dzieci

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pakiet nr 6 poz 10,11

Czy zamawiający dopuszcza jako równoważny produkt DREN TLENOWY DO MASKI Długość 2 m ze standardowymi łączami Przekrój gwiazdkowy, antyzagięciowy Materiał – bardzo delikatny medyczny PVC Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT), BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Pakowany pojedynczo Produkt jednorazowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

J.-----

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie w Pakiecie 12, pozycji 1, 2, 3 i 4 do odrębnego pakietu, w celu umożliwienia przygotowania korzystnej dla Zamawiającego oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

K.

Pakiet 13

Poz. 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający opisując stapler/ładunki do tkanki normalnej i grubej, ma na myśli dwie wysokości zszywek do wyboru: 3,5 mm – do tkanki normalnej lub 4,8 mm – do tkanki grubej?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem Zamawiający ma na myśli zszywki 4,8 mm.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkanę, wysokość zszywki 4,8 mm, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar 29 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkanę, wysokość zszywki 5,0 mm, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar 32 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

L.

1. Czy Zamawiający w pak 12 poz 3 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 30 magazynków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką realizacją zamówień.

2. Czy Zamawiający w pak 12 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: "Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru, łukowaty kształt, zintegrowane zębki wew. klipsa - dające stabilność na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask. Magazynki zawierające 6 klipsów, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga. Data ważności minimum 5 lat od daty produkcji, możliwość zastosowania

papierowej części blistra każdego blistra zawierające nr serii, datę ważności celem dołączenia do dokumentacji pacjenta. 14 magazynków w opakowaniu. Rozmiar L? Oferent wycenia magazynki niezależnie od ilości klipsów z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający w pak 12 poz 4 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 14 magazynków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką realizację zamówień.

4. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 12 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwie szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 4 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6. Czy Zamawiający wydzieli z pak 12 poz 5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

M.-----

pakiet 4, poz. 52,

Czy zamawiający wydzieli poz.52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6, poz. 5-10

czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Czy zamawiający wydzieli poz.5-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 9, poz. 14



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Czy zamawiający wydzieli poz.14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści worek bez specjalnie wydzielonego miejsca do opisu, natomiast jest możliwość opisu markerem premanentnym bezpośrednio na worku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 15, poz. 1-4

czy zamawiający dopuści dren o długości ok. 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 15, poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga zaferowania przyrządów do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 15, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

N.

Dot. pakiet 13

Poz. 1, 2, 4 Czy biorąc pod uwagę fakt, iż opakowania jednostkowe są wrażliwe na uszkodzenie podczas transportu, Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w opakowaniach zbiorczych, tj. pakowane po 3 szt., zapewniając dostawę sterylnego i nieuszkodzonego sprzętu oraz ich wycenę z przeliczeniem zamawianych ilości do wielokrotności 3?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 3 Czy biorąc pod uwagę fakt, iż opakowania jednostkowe są wrażliwe na uszkodzenie podczas transportu, Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w opakowaniach zbiorczych, tj. pakowane po 6 szt., zapewniając dostawę sterylnego i nieuszkodzonego sprzętu oraz ich wycenę z przeliczeniem zamawianych ilości do wielokrotności 6?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 26 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 30 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

O.-----

Pakiet 13.

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 29 mm, wysokość zszywki 5,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 32 mm, wysokość zszywki 5,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

P.-----

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 6:

6. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania polegającego na wystawianiu i przesyłaniu faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

R.-----

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie zestawu do nebulizacji zawierający nebulizator o pojemności 10 ml, dren tlenowy o długości 210 cm przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie sterylnego filtra oddechowego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności bakteryjnej i wirusowej >99,998%, o minimalnej objętości oddechowej >180ml, masa 31g, przestrzeń martwa 57ml, wydajności nawilżania 32,3 mg H₂O/L przy VT 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego filtra oddechowego elektrostatycznego z portem kapno, o skuteczności bakteryjnej i wirusowej >99,998%, o minimalnej objętości oddechowej >150ml, masie 23g, przestrzeni martwej 42ml, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego do respiratora dla dorosłych antybakteryjnego opartego na jonach srebra Ag⁺, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie bakterii oraz hamują ich namnażanie, składającego się z dwóch rur karbowanych 22mm o długości 1,6m z PE z trójnikiem Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, z kapturkiem zabezpieczającym układ służącym także do podwieszenia układu, mikrobiologicznie czysty? Oferowany układ antybakteryjny oparty jest na jonach srebra Ag⁺, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie bakterii oraz hamują ich namnażanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 2 poz. 5



**SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dorosłych z rur rozciągliwych z PP, maksymalna długość po rozciągnięciu 200cm, z dodatkową rurą do worka oddechowego do 150cm, z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym z portem Luer, z łącznikiem prostym do worka 22M-22M, z kapturkiem zabezpieczającym układ, z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2L, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przedłużacza – martwą przestrzeń o długości 18cm, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 2 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek kraniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w siedmiu rozmiarach : 1, 2, 3, 4, 5, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankieta, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 8 – dotyczy pakietu 2 poz. 8f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maskę kraniową jednorazową, sterylną, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankieta, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier w rozmiarze 5 dedykowanym pacjentom o wadze 70kg+?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 9 – dotyczy pakietu 6 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do podawania tlenu przez nos - wasy tlenowe dla dorosłych w uniwersalnym rozmiarze, o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 10 – dotyczy pakietu 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do podawania tlenu przez nos – wasy tlenowe pediatryczne, o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 11 – dotyczy pakietu 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu maski tlenowej z nebulizatorem i drenem dla dorosłych? Maski tlenowa nieodkształcająca się, z przedłużonym mankietem elastomerowym tworzącym tzw. podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz dorosłego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchylkiem nosowym zastępującym metalowy klips, z nebulizatorem o poj. 10ml, skalowany co 2, MMD 3,3 mikrona, mikrobiologicznie czysta, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 12 – dotyczy pakietu 6 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu maski tlenowej z nebulizatorem i drenem dla dzieci? Maski tlenowa nieodkształcająca się, z mankietem elastomerowym, który szczelnie obejmuje twarz dziecka, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchylkiem nosowym zastępującym metalowy klips, z nebulizatorem o poj. 10ml, skalowany co 2, MMD 3,3 mikrona, mikrobiologicznie czysta, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie


Pytanie 13 – dotyczy pakietu 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu maski tlenowej z drenem dla dorosłych? Maski tlenowa nieodkształcająca się, z przedłużonym mankietem elastomerowym tworzącym podwójny podbródek który szczelnie obejmuje twarz dorosłego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchylkiem nosowym zastępującym metalowy klips, mikrobiologicznie czysta, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie

Pytanie 14 – dotyczy pakietu 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu maski tlenowej z drenem dla dzieci? Maski tlenowa nieodkształcająca się, z mankietem elastomerowym, który szczelnie obejmuje twarz dziecka, w uniwersalnym



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

rozmiarze, z wyprofilowanym uchylkiem nosowym zastępującym metalowy klips, mikrobiologicznie czysta, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pytanie 15 – dotyczy pakietu 6 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu maski tlenowej z workiem i drenem dla dorosłych? Maski tlenowa nieodkształcająca się, z mankietem elastomerowym tworzącym podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz dorosłego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchylkiem nosowym zastępującym metalowy klips, mikrobiologicznie czysta, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pytanie 16 – dotyczy pakietu 6 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu maski tlenowej z workiem i drenem dla dzieci w uniwersalnym rozmiarze, mikrobiologicznie czystej, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pytanie 17 – dotyczy pakietu 6 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do maski tlenowej długości 4m mikrobiologicznie czystego, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pytanie 18 – dotyczy pakietu 6 poz. 11

Czy Zamawiający w poz. 11 dot. drenu do maski tlenowej dł. minimum 2,1m do 2,5m wyrazi zgodę na zaferowanie drenu mikrobiologicznie czystego, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak

