



Poznań, 28 stycznia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.5.2020

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę testów immunoenzymatycznych, zestawu do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF i zestawów do wykrywania i izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF „BC”.

Dotyczy pakietu II, załącznik nr 3 do SIWZ

Pytanie nr 1: „W związku z wymogiem dostarczenia "wszystkich elementów (odczynniki) niezbędnych do wykonania izolacji" Czy oferujący oprócz zestawu do izolacji zobowiązany jest także do dostawy materiałów pomocniczych takich jak etanol, propanol i woda?”

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – pakiet II, załącznik nr 3 do SIWZ „(...) Zestaw musi zawierać wszystkie elementy (odczynniki) niezbędne do wykonania izolacji” wśród tych odczynników znajdują się m.in. etanol, propanol i woda.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 2: „Jeśli Zamawiający wymaga odczynników pomocniczych typu: etanol, propanol czy woda prosimy o zgodę na jednorazową dostawę tych materiałów w opakowaniach pozwalających na wykorzystanie do min. 1500 izolacji - ze względu na minimalne zużycie tych materiałów w przypadku dostaw sukcesywnych”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza jednorazową dostawę odczynników. Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ostatniego zestawu do izolacji.

Pytanie nr 3: „Prosimy o zgodę na dostawę odczynników z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 4: „Par. 4 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Pytanie nr 5: „Par. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.””

Pytanie nr 6: „Par. 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "w razie opóźnienia, choćby niezawinionego" na "w razie zwłoki"?”

Pytanie nr 7: „Par. 5 ust.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "za każdy dzień uchybienia terminowi" na "za każdy dzień zwłoki"?”

Pytanie nr 8: „Par. 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?”

Pytanie nr 9: „Par. 5 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Dostawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Dostawcę"?”

Pytanie nr 10: „Par. 6 ust. 1 pkt 2 – 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”



Odpowiedź nr 4 - 10: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl