

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM  
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:  
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pakiet nr 1 poz. 177. Czy z uwagi na podanie w Pakiecie 1 poz. 177 składu suplementu diety, odpowiadającego wyłącznie produktowi jednego producenta, Zamawiający dopuści zaoferowanie posiadającego taką samą postać produktu LactoDr. krople, zawierającego 5 mld CFU Lactobacillus rhamnosus GG w 5 kroplach?

**Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1 poz. 365 i 366. Czy w Pakiecie 1 poz. 365 i 366 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków Saccharomyces boulardii / kaps.?. Zawartość Saccharomyces boulardii w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Zamawiający wymaga produktu leczniczego.**

Pakietu nr 1 poz. 138. Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyki) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

**Zamawiający wymaga produktu leczniczego.**

Pakiet nr 1 poz.138. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich? Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

**Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.**

Pakiet 1, poz. 147 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 1, poz. 147 . Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na

wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 1, poz. 391. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicapryl Pentaerythryl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Tak . Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 4 pozycja 1, 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Tak . Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 4 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 23G o głębokości nakłucia 1,8mm?

**Tak . Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o objętości próbki krwi 10-50µl?

**Tak . Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 4 poz.3 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o objętości próbki krwi 20-70µl?

**Tak . Zamawiający wyraża zgodę.**

DYREKTOR  
SP ZOZ MSWiA W Białymstoku  
Jacek Bartosz