

Miechów, dnia 29 października 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 39/2020 – Zakup i dostawa półmaska filtrująca z zaworem oddechowym typu FFP3 dla Szpitala św. Anny w Miechowie.** Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

### **Zapytanie 1**

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów w dziedzinie terapii zakażeń w tym dr n. med. Pawła Grzesiowskiego w czasie epidemii nie powinny być używane maski z zaworem oddechowym, stanowiące środek ochrony indywidualnej, chroniące tylko użytkownika i nie dające ochrony pacjentowi.

W związku z powyższymi zaleceniami prosimy o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z maską FFP3 bez zaworu, czyli maską o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

**Ad. 1 Zamawiający wymaga masek z zaworem.**

### **Zapytanie 2**

Wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019, zgodną z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425.

**Ad. 2 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 3**

Czy Zamawiający w czasie zwiększonej zachorowalności zwiększając bezpieczeństwo i zapobiegając zakażeniom krzyżowym wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie, dla zachowania czystości biologicznej?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Zapytanie 4**

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**