

## Zmodyf. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna do przechowywania koncentratów krwinek czerwonych, osocza mrożonego i innych preparatów krwiopochodnych:

- chłodziarka z drzwiami przeszklonymi z systemem automatycznego domykania o poj. 200l, zakres temp. +2°/+12°C, półki druciane ze stali nierdzewnej;
- zamrażarka o poj. 100 l, zakres temp. -10°C/-30°C, szuflady ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym.

Chłodziarko-zamrażarka wyposażona w 2 agregaty chłodnicze, 2 sterowniki elektroniczne, 2 wyświetlacze temperatury z dokładnością do 0,1°C, alarmy przekroczenia temperatury niedomkniętych drzwi, braku zasilania, 2 porty USB, sterownik w języku polskim, wewnątrz ze stali nierdzewnej, wbudowany system podtrzymywania baterijnego sterownika „back-up” pracy sterownika i alarmów w przypadku awarii zasilania (dla każdej komory 1 szt).

Warunki zamówienia i gwarancji:

- Gwarancja: min. 24 miesiące,
- Transport, instalacja, montaż, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników – po stronie i na koszt Wykonawcy,
- Stan urządzenia – fabrycznie nowe, zapakowane,
- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty przesłania zamówienia.

Modyfikacja z dnia 06.09.2023 r.:

- Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego zamrażarka posiada pojemność 99l,
- Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w jeden port USB.

K I E R O W N I K  
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  
mgr Andrzej Wyciński  
diagnosta laboratoryjny, specjalista medycyny klinicznej