

Węgrów, dnia 25.02.2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  
ul. Jagiellońska 26, 03-472 Warszawa

**Pełnomocnik Zamawiającego**

**działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci systemu do monitorowania parametrów życiowych pacjentów (4 stanowiska) z centralą związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego, Znak: UM/COV/3/22**

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych**

Czy Zamawiający w pkt. 28 nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując w jednym z wymogów: „Możliwość minimalnej trzy strefowej regulacji wzmocnienia wiązki TGC” ?  
Jest to parametr związany z funkcjonalnością aparatów USG. W związku z tym wnosimy o rezygnację z powyższego wymogu.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej w pkt 28 i usuwa powyższy wymóg z formularza.***

***W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych***

**Podpisał:**

**Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

**Lek. med. Artur Skóra**