

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 09.10.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 04.10.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup implantów ortopedycznych, implantów do zabiegów neurochirurgicznych, endoprotez oraz narzędzi medycznych.** Oznaczenie sprawy: **19/2023.**

**Zapytanie nr 1.** Dotyczy pakietu nr 39: Elastyczna proteza jądra miazdżystego  
Czy Zamawiający wymaga, aby cząsteczki wolframu zawarte w roztworze elastycznej protezy jądra miazdżystego były w skali mikro?

**Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 04.10.2023 r.**

**Zapytanie nr 2.** Dotyczy pakietu nr 39: Elastyczna proteza jądra miazdżystego  
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Elastyczna proteza jądra miazdżystego posiadał certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej MDR 2017/745 ze względu na wymaganą szczegółową weryfikację bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego? Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

**Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 04.10.2023 r.**

**Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz**