

Konin, 30.01.2019r.

WSZ-EP-67/18/131/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 1

Podnośnik transportowo-kąpielowy

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie maksymalnej szerokości rozłożonej podstawy 1070 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 8, 9

Prosimy o dopuszczenie podstawy o wysokości 113 mm, na kółkach, w tym dwa tylne z hamulcem

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie akumulatora o wytrzymałości do 40 cykli

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie składania i rozkładania podnośnika za pomocą podstawowych narzędzi (typu śrubokręt)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wyposażonego w przycisk awaryjnego zatrzymania, wyposażonego w elektryczny system opuszczania i podnoszenia

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie nosidła transportowe wykonanego z dżerseju, z podparciem głowy, rozmiar M lub L

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie podnośnika rejestrującego ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika przy prędkości 9 mm/s. Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu.

W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej:

- 0 znaków - poniżej 150 000 sec. co oznacza wykonanie mniej niż 2500 cykli
- 1 znak - 150 000 sec. co oznacza wykonanie 2500 cykli
- 2 znaki - 300 000 sec. co oznacza wykonanie 5000 cykli
- 3 znaki - 450 000 sec. co oznacza wykonanie 7500 cykli
- 4 znaki - 600 000 sec. co oznacza wykonanie 10000 pełnych cykli i konieczny jest przegląd.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie dodatkowe

Pakiet nr 1

Podnośnik transportowo-kąpielowy

Pkt. 8, 9

Prosimy o dopuszczenie podstawy o wysokości 80 mm, na kółkach, w tym dwa tylne z hamulcem

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.