

Zielona Góra 14.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), którego przedmiotem zamówienia są: **Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych LA.261.15.2024.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zadanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści hemostatyk z oksydowanej, nieregenerowanej celulozy z zachowaniem reszty SWZ? Nieregenerowana celuloza jest wytarzana w bardziej ekologicznym procesie niż regenerowana oraz otrzymywana jest z czystej bawełny(naturalnych włókien celulozowych). Nieregenerowana celuloza wykazuje lepsze działanie hemostatyczne niż regenerowana, co jest potwierdzone badaniem klinicznym. Badania udostępnimy na wezwanie Zamawiającego. Produkt z nieregenerowanej celulozy posiada również szerszy zakres temperatury przechowywania i transportu (2°C – 30°C). Dodatkowo hemostatyk z nieregenerowanej utlenionej celulozy posiada działanie przeciwwgrzybicze.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Zadanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji 1 dopuści hemostatyk pakowany po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisem formularza cenowego : 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę /Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 2 i 4/.

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

(podpis elektroniczny)

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.