

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia I

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na **Dostawę łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz innego wyposażenia**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Pakiet nr 1 poz. nr 1 : Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2140 mm co różni się tylko o 2 cm od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili metalowych o przekroju 40 x 30 mm przy obciążeniu całkowitym oferowanego łóżka do 200 kg co potwierdza, że przekrój jest również w pełni wytrzymały na wysokie obciążenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka w każdym segmencie, szerokość pojedynczej lameli 80 mm, co jest łatwiejsze w dezynfekcji i bardziej stabilne od siatki w leżu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 4. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców płynnie za pomocą sprężyny gazowej regulowanej za pomocą dźwigni po obu stronach leża co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 6. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 7. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy 90 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 8. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2140 mm co różni się tylko o 2 cm od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 9. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili metalowych o przekroju 40 x 30 mm przy obciążeniu całkowitym oferowanego łóżka do 200 kg co potwierdza, że przekrój jest również w pełni wytrzymały na wysokie obciążenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 10. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści leże 4-segmentowe, gdzie dodatkowo jest regulacja oparcia pud do 37 stopni za pomocą sprężyn gazowych po obu stronach łóżka oraz regulacja podudzi za pomocą systemu zapadkowego co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 11. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka w każdym segmencie, szerokość pojedynczej lameli 80 mm, co jest łatwiejsze w dezynfekcji i bardziej stabilne od siatki w leżu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 12. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców płynnie za pomocą sprężyny gazowej regulowanej za pomocą dźwigni po obu stronach leża co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 13. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 14. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 15. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy 90 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 16. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wykonane z 4 profili stalowych owalnych o wysokości 30 mm spełniających normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 17. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 18. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili metalowych o przekroju 40 x 30 mm przy obciążeniu całkowitym oferowanego łóżka do 270 kg co potwierdza, że przekrój jest również w pełni wytrzymały na wysokie obciążenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 19. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka w każdym segmencie, szerokość pojedynczej lameli 80 mm, co jest łatwiejsze w dezynfekcji i bardziej stabilne od siatki w leżu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 20. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony elektrycznej IP54?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 21. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści pilot przewodowy bez diod LED informujących o pracy siłowników?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 22. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm osadzonych za pomocą malowanych proszkowo rur z blokadami na czas transportu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 23. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru osadzonych za pomocą malowanych proszkowo rur z blokadami na czas transportu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 24. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru osadzonych za pomocą malowanych proszkowo rur z blokadami na czas transportu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 25. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wykonane z 4 profili stalowych owalnych o wysokości 30 mm spełniających normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 26. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści wysokość 86 cm, szerokość 41 cm i głębokość 44,5 cm co minimalnie różni się od oczekiwanych rozmiarów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 27. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 28. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści wysokość 86 cm i głębokość 44,5 cm co minimalnie różni się od oczekiwanych rozmiarów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 29. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 30. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści blat boczny z regulacją wysokości od 77 cm co minimalnie różni się od oczekiwanej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 31. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści blat boczny montowany na stałe, gdzie oferowana szafka jest dwustronna z możliwością postawienia szafki z lewej lub prawej strony łóżka dzięki czemu nie ma konieczności przekładania blatu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 32. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, którego szerokość całkowita wynosi 960 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 33. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, którego długość całkowita wynosi 2180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 34. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, posiadające leże z siatki wykonanej z pręta o grubości 4 mm i oczkach o wymiarach 50 mm x 50 mm? – przy takiej gęstości siatki zastosowanie pręta o grubości 5 mm nie jest konieczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 35. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nie posiadające w segmencie nóg wzmacniających poprzeczek - konstrukcja jest stabilna na tyle, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 36. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez mechanizm grzebieniowy rozumie mechanizm rastomatowy?

Odpowiedź: Zamawiający poprzez mechanizm grzebieniowy ma na myśli mechanizm zapadkowy zabezpieczony elementem osłaniającym oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 37. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, w którym regulacja segmentu pleców jest wspomagana sprężyną gazową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 38. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo o średnicy 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 39. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyt wypełniony płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 40. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyt wypełniony płytą HPL o grubości 8 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 41. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w uchwyty do mocowania pasów wycięte z blachy 5 x 10 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 42. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w krążki odbojowe o średnicy 100 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 43. Pakiet nr 1 poz. nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac szpitalny w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, przepuszczalnej, zmywalnej nadającej się do dezynfekcji i prania w temp 90°C zapinany na zamek z zakładką o gęstości 30kg/m³ i grubości 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 44. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne o wymiarach całkowitych 960 mm x 2180 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 45. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne posiadające leże o wymiarach 850 mm x 2000 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 46. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, posiadające leże z siatki wykonanej z pręta o grubości 4 mm i oczkach o wymiarach 50 mm x 50 mm? – przy takiej gęstości siatki zastosowanie pręta o grubości 5 mm nie jest konieczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 47. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne, w którym segment stały również wypełniony jest siatka z pręta metalowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 48. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne wyposażone w szczyty wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo o średnicy 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 49. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Zwracam się z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby szczyty były wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: „Szczyty łóżka wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo o średnicy min. 30 mm wypełnione płytą HPL o grubości min. 10 mm, osadzone w tulejach znajdujących się w narożach leża za pomocą chromowanych rur, pozwalające na odjęcie szczytu w sytuacjach tego wymagających bez konieczności zwalniania dodatkowych blokad.”

Pytanie nr 50. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne wyposażone w szczyt wypełniony płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 51. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne wyposażone w szczyt wypełniony płytą HPL o grubości 8 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 52. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne elektryczne wyposażone w krążki odbojowe o średnicy 100 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 53. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające bariery wykonane z 3 profili stalowych malowanych proszkowo o wysokości 40 mm i grubości 20 mm, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: „Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm, wysokość rozłożonych barierek ponad ramę leża min. 360 mm, długość min 1520 mm, składane wzdłuż ramy leża, złożone nie wystające ponad ramę leża, montowane pod ramą w tulejach wyposażonych w mechanizm zatraskowy z zabezpieczeniem przed samoczynnym złożeniem. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną.”

Pytanie nr 54. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające bariery wykonane z 3 rurek stalowych malowanych proszkowo o średnicy 25 mm zabezpieczających pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża, o wysokości 370 mm i długości 1520 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 55. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające bariery montowane w tulejach pod leżem za pomocą mechanizmu śrubowego, montaż i demontaż wykonywany bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 56. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac szpitalny w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, przepuszczalnej, zmywalnej nadającej się do dezynfekcji i prania w temp 90°C zapinany na zamek z zakładką o gęstości 30kg/m³ i grubości 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 57. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 825 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 58. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą komorę wyposażoną w drzwiczki o wymiarach 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 59. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z płyty HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 60. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową posiadającą blat z płyty HPL w kolorze korpusu szafki RAL 7035?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ: „Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbą proszkową. (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).

Pytanie nr 61. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści regulację pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 62. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści leżę czterosegmentowe, z czego 3 elementy ruchome??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 63. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści regulację pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 64. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne malowane proszkowo wykonane z 3 profili stalowych okrągłych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 65. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2116 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 66. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści szczyty odejmowane z tworzywa ABS ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 67. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści szczyty odejmowane wykonane całkowicie ze stalowych rur wypełnione płytą HPL ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 68. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne malowane proszkowo wykonane z 3 profili stalowych okrągłych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 69. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści dwie podwójne barierki boczne z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 70. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści dwie szuflady z czego dolna w postaci wysuwanego konteneru i wkładem na butelki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 71. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści relingi zabezpieczające na blacie zamiast rogów zaokrąglonych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 72. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści blat z tworzywa ABS z rogami zaokrąglonymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 73. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fronty szafek z tworzywa HPL ?

Odpowiedź: : Nie. Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ: „Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)”.

Pytanie nr 74. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści dwie szuflady z czego dolna w postaci wysuwanego konteneru i wkładem na butelki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 75. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści relingi zabezpieczające na blacie zamiast rogów zaokrąglonych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 76. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści blat z tworzywa ABS z rogami zaokrąglonymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 77. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści regulację blatu bocznego w zakresie 78 – 113 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 78. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści fronty szafek z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ: „Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)”

Pytanie nr 79. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Prosimy o dopuszczenie do oceny łóżko bariatryczne o parametrach jak niżej:

Szerokość całkowita: 1130 mm

Długość całkowita: 2230 mm

Wymiary leża 1970 mm x 1050 mm.

Udźwig min. 300 kg.

Leże łóżka czterosegmentowe

Leża wypełnione płytami tworzywowymi

Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie od 430 do min 790 mm, zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz.

Klasa ochrony systemu napędowego elektrycznego min. IP 66.

Regulacja segmentu pleców w zakresie do min 65° i segmentu uda w zakresie do min. 30° elektryczna za pomocą pilota przewodowego.

Pilot przewodowy z elektrycznymi regulacjami: wysokości, oparcia pleców segmentu uda, fotela kardiologicznego,

Pilot wyposażony w przyciski membranowe, z oznaczeniami wspomnianych funkcji.

Nogi łóżka nie wystające poza obrys ramy łóżka, nogi wyposażone w 4 kółka metalowe na łożyskach tocznych min. fi 125 mm z blokadą jazdy i obrotu.

Szczyty łóżka tworzywowe

Łóżko posiada wysięgnik z uchwytem ułatwiający wstawanie

Barierki boczne 4 szt. po 2 na każdy bok łóżka, metalowe

Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.

Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2021.

Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Materac wiskoelastyczny, trójwarstwowy, w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zmywalnej, nadającej się do prania w temp. 90°C oraz do dezynfekcji, 3 warstwy materaca o gęstości: 50/40/30 kg/m³ w zależności od celu zastosowania, grubość 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 80. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Prosimy o dopuszczenie do oceny szafki przyłóżkowej o parametrach jak niżej:

Konstrukcja stalowa pokryta powłoką epoksydową

Wymiary zewnętrzne: 720mm x 495mm x 420mm

Szafka wyposażona w szufladę oraz komorę zamykaną drzwiczkami

Wymiary wewnętrzne: 390mm x 370mm x 320mm

Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty we frontach szafki

Szuflada na prowadnicach suwnych

- w szufladzie tworzywowy wkład

Szafka na czterech metalowych kółkach $\varnothing 5$ cm z bieźnikiem nie brudzącym, dwa koła z blokadą indywidualną

Blat szafki z płyty HPL lub laminat. Kolor blatu komplementarny do koloru korpusu i frontów (odcienie szarości)

Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorze komplementarnym do koloru korpusu i blatu (odcienie szarości)

Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

Fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 81. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Prosimy o dopuszczenie do oceny szafki przyłóżkowej o parametrach jak niżej:

Konstrukcja stalowa pokryta powłoką epoksydową

Wymiary zewnętrzne: 720mm x 495mm x 420mm

Szafka wyposażona w szufladę oraz komorę zamykaną drzwiczkami

Wymiary wewnętrzne: 390mm x 370mm x 320mm

Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty we frontach szafki

Szuflada na prowadnicach suwnych

- w szufladzie tworzywowy wkład

Szafka na czterech metalowych kółkach $\varnothing 5$ cm z bieźnikiem nie brudzącym, dwa koła z blokadą indywidualną

Blat szafki z płyty HPL lub laminat. Kolor blatu komplementarny do koloru korpusu i frontów (odcienie szarości)

Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorze komplementarnym do koloru korpusu i blatu (odcienie szarości)

Blat boczny na kołach, z możliwością użycia jako osobny mebel, dopasowany do schowania części podstawy jezdnej do boku szafki, blat roboczy o wymiarach 720mm x 400mm

z płynnie regulowaną wysokością w zakresie od 700mm do 985mm, składany pod kątem 90° w celu minimalizacji używanej powierzchni -

z możliwością umiejscowienia z prawej lub lewej strony szafki bez użycia narzędzi

Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

Fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 82. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający miał na myśli barierki z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min 40mm i szerokości min 20mm jak na załączonym schemacie.



Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga: „Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm, wysokość rozłożonych barierek ponad ramę łóżka min. 360 mm, długość min 1520 mm, składane wzdłuż ramy łóżka, złożone nie wystające ponad ramę łóżka, montowane pod ramą w tulejach wyposażonych w mechanizm zatraskowy z zabezpieczeniem przed samoczynnym złożeniem. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną.”

Pytanie nr 83. Zał. nr 4 Wzór umowy §2 ust. 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu, w pakiecie 4 i 5. Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakietach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.

Odpowiedź: Zgodnie z zał. nr 4 §2 ust. 5 Wzór umowy Zamawiający wymaga: „Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego na adres e-mail o planowanym terminie dostawy, montażu w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy, montażem (jeżeli jest konieczny).”

Pytanie nr 84. Zał. nr 4 Wzór umowy §4 ust. 5: „Zwracamy się z prośbą dopuszczenie zapisu: „Zamawiającemu przysługuje wymiana reklamowanego asortymentu, na nowy, jeżeli w okresie gwarancji nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 85. Zał. nr 4 Wzór umowy §4 ust. 8: o treści: W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację przedmiotu umowy min. 1 raz w roku (...).ust. 10 dotyczy tylko pakietów nr 1,2,3 i 4)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia przeglądów okresowych i konserwacji przedmiotu umowy, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w pakiecie 4 nie wymaga przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 86. Pakiet nr 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 4. Umożliwi to złożenie ofert szerszemu gronu wykonawców przez co bezsprzecznie podniesie się konkurencyjność postępowania a samemu Zamawiającemu da możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej ilości złożonych.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że względu na panującą sytuację epidemiczną odnotowywana jest coraz częściej sytuacja związana z utrudnionym dostępem do sprzętów i materiałów/ półproduktów, wynikającym z ograniczeń w ruchu, opóźnień w realizacji zamówień czy zwyczajnie brakami materiałowymi. Dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje zwiększy liczbę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 87. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści blat szafki z płyty HPL w kolorze białym, który jest najbardziej uniwersalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia oraz jest łatwy w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 88. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści malowanie drzwi szafki i szuflady wg kolorystyki palety RAL (20 kolorów do wyboru)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 89. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 214 cm przy zachowaniu wymaganych parametrów wymiarów leża pod materac?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 90. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości 99 cm przy zachowaniu wymaganych parametrów wymiarów leża pod materac?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 91. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segmenty leża są wypełnione zdejmowanymi płytami HPL o grubości 8 mm wraz z systemem pozycjonowania co ułatwia ich szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi celem dezynfekcji lub sterylizacji? Całkowite wypełnienie segmentów leża płyta stwarza także dodatkowo doskonałe podparcie dla każdego typu materaca.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 92. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko w pełni sterowane w którym elektryczna regulacja wysokości jest w zakresie od min 350 mm do max 920 mm, kąt nachylenia segmentu oparcia pleców 70 stopni oraz maksymalny kąt nachylenia segmentu uda wynosi 30 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 93. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane w pełni elektrycznie w którym kącie pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi 14 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 94. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 214 cm przy zachowaniu wymaganych parametrów wymiarów leża pod materac? Parametr nieznacznie odbiega od wymaganego 1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 95. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segmenty leża są wypełnione zdejmowanymi płytami HPL o grubości 12 mm wraz z systemem zatrzasków co ułatwia ich szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi celem dezynfekcji lub sterylizacji? Całkowite wypełnienie segmentów leża płytą stwarza także dodatkowo doskonałe podparcie dla materaca bariatrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 96. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne w którym elektryczna regulacja wysokości jest w zakresie od 210 mm do 830 mm, kąt nachylenia segmentu oparcia pleców 70 stopni oraz maksymalny kąt nachylenia segmentu uda wynosi 30 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 97. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w specjalnie zaprojektowany dla łóżka bariatrycznego układ jezdny z blokadą jazdy i obrotu, który opiera się o system dwóch podwójnych kół o średnicy 100 mm na jeden narożnik – takie rozwiązanie sprawia, że cała masa łóżka z pacjentem styka się z podłogą sumarycznie w 16 punktach a nie 4, co znacząco redukuje nacisk jednostkowy na punkt podparcia a to z kolei ułatwia toczenie czy przesuwanie łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 98. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Czy zamawiający dopuści łóżko bariatryczne wyposażone w konwencjonalne szpitalne barierki długie metalowe ¾ lakierowane proszkowo z czterema poprzeczkami dostosowanymi do materacy o wysokości do 21 cm. Składane i podnoszone przy użyciu jednej ręki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 99. Pakiet nr 3 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne w wykończeniu drewnianym, złożone z dwóch poprzeczek, opuszczane góra dół i zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 100. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 101. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm, z leżem o szerokości 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 102. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 950 mm (bez barierek bocznych) oraz szerokości całkowitej 1025 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi), z leżem o szerokości 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 103. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 925 mm oraz szerokości leża 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 104. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 105. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 106. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 107. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów malowania elementów metalowych oraz szczytów spośród dwóch kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 108. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 109. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowej rury pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 110. Pakiet nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami do pasów wykonanymi z pręta o fi. 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 111. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 112. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm, z leżem o szerokości 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 113. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 950 mm (bez barierki bocznej) oraz szerokości całkowitej 1025 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi), z leżem o szerokości 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 114. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 925 mm oraz szerokości leża 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 115. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 116. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe, tylko z regulowanym segmentem pleców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 117. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 118. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 119. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów malowania elementów metalowych oraz szczytów spośród dwóch kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 120. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 121. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowej rury pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 122. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami do pasów wykonanymi z pręta o fi. 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 123. Pakiet nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o długości 1476 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 124. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 125. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 126. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 127. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o wymiarach 2,5 x 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 128. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi tworzywowymi wypraskami z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 129. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga: „Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie od max 400 mm do min. 810 mm, zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz. Klasa ochrony systemu napędowego elektrycznego min. IPX6.”

Pytanie nr 130. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści łóżko zgodne z IP44?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 131. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy bez diody informującej o pracy siłowników??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 132. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne łóżko wyposażone w szczyty wykonane z kształtowników stalowych, lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą hpl o grubości 8 mm, osadzone w ramie łóżka za pomocą metalowych trzpieni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 133. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów malowania elementów metalowych oraz szczytów spośród dwóch kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 134. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 74 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy min. 60 mm oraz informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

Pytanie nr 135. Pakiet nr 2 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o długości 1476 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 136. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 460 mm (licząc wraz z uchwytem do otwierania)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 137. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 138. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami o wysokości 32,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 139. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 140. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty hpl o gr. 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 141. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami oraz frontami szuflad w kolorze białym lub szarym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga: „Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)”.

Pytanie nr 142. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 460 mm (licząc wraz z uchwytem do otwierania)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 143. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 620 mm (wraz ze złożonym blatem bocznym), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 144. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami o wysokości 32,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 145. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 146. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty hpl o gr. 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 147. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami oraz frontami szuflad w kolorze białym lub szarym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga: „Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)”.

Pytanie nr 149. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800-1200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 150. Pakiet nr 4 poz. nr 2: Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością przełożenia blatu bocznego na lewą, bądź prawą stronę z użyciem narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ :

- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 1 poz. nr 1 Zamawiający w miejsce zapisu „*Ręczna regulacja segmentu pleców w zakresie do min. 70° za pomocą mechanizmu grzebieniowego*” wprowadza zapis „*Ręczna regulacja segmentu pleców w zakresie do min. 70° za pomocą mechanizmu zapadkowego zabezpieczonego elementem osłaniającym.*”;
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający w miejsce zapisu „*W narożnikach leżą krążki odbojowe o średnicy fi 60 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.*” wprowadza zapis „*W narożnikach leżą krążki odbojowe o średnicy fi min. 60 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.*”
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający w miejsce zapisu „*W narożnikach leżą krążki odbojowe o średnicy fi 60 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.*” wprowadza zapis „*W narożnikach leżą krążki odbojowe o średnicy fi min. 60 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.*”
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający w miejsce zapisu „*W narożnikach leżą krążki odbojowe o średnicy fi 60 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.*” wprowadza zapis „*W narożnikach leżą krążki odbojowe o średnicy fi min. 60 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.*”
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 4 poz. 1 Zamawiający w miejsce zapisu „*Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbą proszkową.*” wprowadza zapis „*Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbą proszkową. (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)*”
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 4 poz. 1 Zamawiający w miejsce zapisu „*Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)*” wprowadza zapis „*Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)*”
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 4 poz. 2 Zamawiający w miejsce zapisu „*Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbą proszkową.*” wprowadza zapis „*Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbą proszkową. (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)*”
- w zał. nr 3 do SWZ (Formularz cenowy) w pakiecie nr 4 poz. 2 Zamawiający w miejsce zapisu „*Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)*” wprowadza zapis „*Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert :

- nowy termin składania ofert to : **9 lipca 2021 r. godzina 9:00.**
- nowy termin otwarcia ofert : **9 lipca 2021 r. godzina 9:30.**

Zmianie uległ też termin związania ofertą. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upływa w dniu: 6 października 2021 r.

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w dokumencie SWZ i Formularzu cenowym (zał. nr 3 do SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 22 czerwca 2021 r.