

Pisz, dnia 21.07.2023 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Pisz  
ul. Sienkiewicza 2  
12-200 Pisz**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu „C” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz”; znak: P/9/2023**

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienia SWZ po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zdecydował, że udzieli wyjaśnień (art. 284 ust. 4) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prosimy o dopuszczenie pojazdu bez fabrycznego systemu domykania drzwi. Niniejszy zapis sugeruje jednego producenta samochodu bazowego, wykluczające m.in pojazdy marki Volkswagen i Renault.

#### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojazd bez fabrycznego systemu domykania drzwi**

1. W związku z ciągłym wzrostem masy samochodów przeznaczonych do zabudowy specjalnej zmniejsza się ich ładowność a co za tym idzie ogranicza to możliwości spełnienia warunków dla ambulansu typu C zgodnie z PN EN 1789 w zakresie wymaganej rezerwy masowej na wyposażenie medyczne wynoszącej 260 kg. Przy obecnej masie pojazdu bazowego oraz zabudowy pomieszczenia dla pacjenta rezerwa ta wynosi 230 kg czyli tyle ile wystarcza dla ambulansu typu B. Zabudowy pomieszczenia dla pacjenta dla typu C i B są identyczne. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789 w zakresie typu B, który nie posiada zewnętrznego wysuwanego stopnia, podgrzewanych dysz spryskiwaczy, posiada przednie tarcze hamulcowe wentylowane, posiada zestaw naprawczy zamiast koła zapasowego, nie posiada dodatkowej nagrzewnicy wodnej, nie posiada dodatkowych lamp LED w błotnikach i lusterkach, nie posiada dodatkowych migaczy w tylnej części dachu, nie posiada lodówki sprężarkowej, posiada jeden uchwyt na małą butlę tlenową posiada posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w pomieszczeniu dla pacjenta oraz miejsce dla pacjenta na noszach i możliwość przewożenia jednocześnie trzech osób siedzących i jednej leżącej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 25.07.2023 r. godz. 10:00. Otwarcie 25.07.2023 r. godz. 10:05. Zmienia się termin związania ofertą tj. z 22.08.2023 r. na 23.08.2023 r.  
Nr zmienionego ogłoszenia: 2023/BZP 00319370/01 z dnia 21.07.2023 r.**

**Dyrektor SPZOZ  
Szpitala Powiatowego w Pisz  
/-/mgr inż. Marek Skarzyński**