



Znak sprawy: ZP/24/TP2/2022

Zabrze, 15.07.2022r.

**O D P O W I E D Ź nr 2
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością negocjacji** pn.:

„Zakup koncentratorów tlenu”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Pytanie nr 1 dotyczy SWZ

W §6 pkt. 10 wzoru umowy zawarty jest zapis: Zalecane przez producentów przedmiotu umowy przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany podczas przeglądu), zgodnie z wymogami producenta przez autoryzowany serwis, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji Wykonawca wykona gruntowny bezpłatny przegląd przedmiotu zamówienia. Czy jeżeli producent nie wymaga wykonywania przeglądów okresowych konieczne będzie wykonanie przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy producent nie wymaga wykonywania przeglądów okresowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta w tym zakresie. Jednocześnie w formularzu parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) w pkt. 20 Wykonawca winien wpisać w/w informację. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga wykonania przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl