



**DOLNY  
ŚLĄSK**

WsZSL/DZ/072-<sup>505</sup>...../19

Legnica 3.07.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO,,

znak sprawy: WSzSL/DZ-40/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy części 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę o poborze mocy 55 W i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę operacyjną.**

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

**Pytanie 2**

**Dotyczy części 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej R9=82?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy części 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z temperatura barwową regulowaną w zakresie 3800-4800K?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę operacyjną. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)**

*✓*

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy części 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania lampę operacyjną posiadającą funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego metodą mechaniczną, za pomocą wymiennego uchwyty sterylne? Jest to metoda bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy części 4**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

**W odpowiedzi na pytanie: Jest to lany beton o grubości 20 cm.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy części 4**

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszonym a stropem właściwym?

**W odpowiedzi na pytanie: Jest to sufit podwieszany. Odległość między sufitem podwieszonym a stropem właściwym wynosi 300 cm.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy części 4**

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24V, czy UPS na 230V?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, że nie przewidziane jest zasilanie awaryjne.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy części 4**

Czy do pomieszczeń, w których mają być zamontowane lampy istnieje dojście z piętra powyżej w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje iż, nie istnieje dojście z piętra powyżej w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy części 4**

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są poprowadzone przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje iż, w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie poprowadzone są przewody zasilające.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy części 4**

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można wykonać instalację elektryczną w tzw. „korytkach”?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zgadza się na wykonanie instalacji elektrycznej w tzw. „korytkach”.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy części 4**

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje iż, w salach gdzie mają zostać zamontowane lampy nie wiszą obecnie żadne lampy operacyjne.**

**UWAGA !**

**Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Z poważaniem**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**ds. Ekonomiczno-Finansowych**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy**

*mgr inż. Andrzej Bukowczyk*