

*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 3 listopada 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 40/2020** – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 1, 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie modułowej, tj. wszystkie wymagane moduły pomiarowe połączone w jednym wspólnym module wpinanym do jednostki głównej oraz z kieszenią na dodatkowe moduły?

**Ad. 1 Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie 2**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 3, 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z kolorowym wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej ekranu 17 cali i rozdzielczością 1280×1024 dpi?

**Ad. 2 Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie 3**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o wadze nie większej niż 9 kg?

**Ad. 3 Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie 4**


Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund?

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza, punktacja bez zmian.**

**Zapytanie 5**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 10, 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zapisem w pamięci monitora 200 zdarzeń alarmowych?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

### **Zapytanie 6**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora jednej krzywej dynamicznej z ostatnich 48 godzin lub dwóch krzywych z 24 godzin?

**Ad. 6 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 7**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z wbudowanym złączem USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych?

**Ad. 7 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 8**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor pozwalający na monitorowanie 3, 7 lub 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla EKG (3, 5, 12 - żyłowego) i adekwatnie prezentację na ekranie 1, 2, 7 lub 12 kanałów oraz z analizą odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń?

**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza.**

### **Zapytanie 9**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z nadzorem bezdechu w przedziale 10-60 sekund oraz bez licznika bezdechów?

**Ad. 9 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 10**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarem saturacji w technologii producenta kardiomonitora, z pomiarem tętna obwodowego w zakresie 20-254 bpm?

**Ad. 10 Zamawiający dopuszcza.**


### **Zapytanie 11**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w stojak jezdny na 5 kołach z koszem na akcesoria?

**Ad. 11 Zamawiający dopuszcza.**

### **Zapytanie 12**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością rozbudowy o ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanałach, kapnometrię w głównym i bocznym strumieniu, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą ICG, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 3 krzywych dynamicznych, funkcję przywoływania pielęgniarki, monitorowanie stopnia uśpienia, ale bez możliwości rozbudowy o saturację dualną i pomiar zwiotczenia mięśni NMT?



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

#### **Ad. 12 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 13**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund?

#### **Ad. 13 Zamawiający dopuszcza, punktacja bez zmian.**

#### **Zapytanie 14**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 32, 33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zapisem w pamięci monitora 200 zdarzeń alarmowych?

#### **Ad. 14 Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie 15**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 34. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora jednej krzywej dynamicznej z ostatnich 48 godzin lub dwóch krzywych z 24 godzin?

#### **Ad. 15 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 16**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 37. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z jednym wbudowanym złączem USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych umożliwiającym podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) oraz wykorzystywanym do aktualizacji oprogramowania?

#### **Ad. 16 Zgodnie z SIWZ/**

#### **Zapytanie 17**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor pozwalający na monitorowanie 3, 7 lub 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla EKG (3, 5, 12 - żyłowego) i adekwatnie prezentację na ekranie 1, 2, 7 lub 12 kanałów oraz z analizą odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń?

#### **Ad. 17 Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie 18**


Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z nadzorem bezdechu w przedziale 10-60 sekund oraz bez licznika bezdechów?

#### **Ad. 18 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 19**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarem saturacji w technologii producenta kardiomonitora, z pomiarem tętna obwodowego w zakresie 20-254 bpm?

#### **Ad. 19 Zamawiający dopuszcza.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

### **Zapytanie 20**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 43. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z niezależnym, wbudowanym modulem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia - zakres pomiarowy: od -50 do +300 mmHg?

**Ad. 20 Zamawiający dopuszcza.**

### **Zapytanie 21**

Załącznik nr 2 do SIWZ.B. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z niezależnym, wbudowanym modulem do pomiaru zawartości CO<sub>2</sub> we frakcji wdechowej i wydechowej w każdym kardiomonitorze z alarmem bezdechu w zakresie 10- 60 s?

**Ad. 21 Zamawiający dopuszcza.**

### **Zapytanie 22**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 44. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością rozbudowy pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą ICG, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 3 krzywych dynamicznych, funkcję przywoływania pielęgniarki, monitorowanie stopnia uśpienia ale bez możliwości rozbudowy o saturację dualną i pomiar zwiotczenia mięśni NMT oraz kolejne kanały IBP oraz drugi pomiar kapnometrii?

**Ad. 22 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 23**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 45. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez miernika (testera) czujników saturacji?

**Ad. 23 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 24**

Pkt. 27 tabeli. Czy Zamawiający dopuści wagę kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wymaganymi wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 6 kg?

**Ad. 24 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 25**


Pkt. 45 tabeli. Czy Zamawiający dopuści 2 letnią gwarancję na miernik (tester) czujników saturacji?

**Ad. 25 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 26**

Pkt. 50 tabeli. Czy Zamawiający dopuści wymianę podzespołu na nowy najpóźniej po jego trzeciej nieskutecznej naprawie?

**Ad. 26 Zamawiający dopuszcza wymianę podzespołu na nowy najpóźniej po jego drugiej nieskutecznej naprawie.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

### **Zapytanie 27**

Pkt. 52 tabeli. Czy zamawiający dopuści wykonanie min. 1 przeglądu na koniec gwarancji (zamiast 1 co roku) jeśli jest to zgodne z wymaganiami producenta?

**Ad. 27 Tak, dopuszczamy.**