



Słupsk dnia 19. 10. 2023 r.

Numer sprawy nr: SE-407/32/23

## Wykonawcy w postępowaniu

### Odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, w którym nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedzią do przedmiotowego postępowania:

**Pkt. 4** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak medyczny transportowy z zakresem regulacji siły ssania od 0 do 80 kPa +/-5kPa? Jest to parametr zbliżony do wymaganego a różni go jedynie dopuszczony przez producenta odchył siły ssania nie mający wpływu na wydajną pracę ssaka.

**Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.**

**Pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak medyczny transportowy przepływie 24l/min- parametr zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego? Z opinii innych użytkowników wynika, że parametr oferowany przez producenta jest wystarczającym do prawidłowego i wydajnego działania ssaka.

**Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.**

**Pkt. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak medyczny transportowy emitujący hałas nie większy niż 55dB jednak producent nie podaje w jakiej odległości od pracującego urządzenia poziom hałasu był mierzony, można jedynie się domyślać, że odległość ta była zbliżona do opisanej przez Zamawiającego w wymaganym parametrze- może być to odległość dzieląca operatora ssaka od urządzenia.

**Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.**

**Pkt. 10** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak medyczny transportowy o wymiarach: 400x240x150mm, waga do 5 kg? Urządzenie objętościowo jest mniejsze od urządzenia wymaganego przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający podał parametry maksymalne.**

**Pkt. 12** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak medyczny bez 3 stopniowego wskaźnika naładowania akumulatora? Urządzenie posiada wskaźnik pracy urządzenia z zasilania akumulatorowego i sieciowego- jako wystarczające do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

**Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.**



**Pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak medyczny nie posiadający źródła światła wykonanego w technologii LED umożliwiające oświetlenie miejsca udzielenia pomocy? W opinii użytkowników posiadanie takiego światła znacznie utrudniałoby wygodne używanie ssaka w warunkach transportowych.

**Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.**

**Pkt. 20** – Proszę o doprecyzowanie zapisu jako parametru wymaganego: „W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy”.

Czy zamawiającemu chodzi o wymianę części naprawianej czy całego urządzenia?

**Odp. Zamawiającemu chodzi o wymianę naprawianego elementu (trzykrotnie).**

**Zamawiający:**

**DYREKTOR**  
Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Słupsku

*inż. Mariusz Żukowski*