

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 5 lampa bakteriobójcza 5 szt.

Nazwa

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane)	Wartość wymagana/graniczna	Opis oferowanych parametrów
I.	Informacje ogólne		
1.	Rok produkcji max. 2021- urządzenie fabryczne nowe (nie powystawowe)	TAK podać	
2.	Model/Typ/Producent	Podać	
II.	Opis parametrów		
3.	Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza z licznikiem czasu pracy , przejezdna	tak/podać	
4.	napięcie zasilania: 230 V 50 Hz	tak/podać	
5.	energooszczędne - pobór mocy: 115W	Tak	
6.	element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W	Tak	
7.	trwałość promiennika: min. 8000 h	Tak/podać	
8.	wydajność wentylatora: 199 m3/h (+/- 5%)	Tak/podać	
9.	dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h (+/- 5 m3)	Tak/podać	
10.	zasięg działania lampy: 18-36 m2 (+/- 5 m2)	Tak/podać	
11.	klasa zabezpieczenia ppor.: I	Tak	
12.	typ obudowy: IP 20	Tak	
13.	wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm (+/- 10 mm)	tak/podać	
14.	wymiary: 600 x 1300 x 600 mm (+/-10 mm)	tak/podać	
15.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
16.	Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu	TAK	