



D.25C/250/ 793 /2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP DEFIBRYLATORA DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W LOKALIZACJI: SZPITAL IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE**, znak: D25C/252/N/37-76rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji „ Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min. od 1J do min. 200 J”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który pozwala na dostarczenie impulsu niskoenergetycznego w zakresie od 2 do 200 J. Zgodnie z zaleceniami należy zastosować w przypadku defibrylatorów dwufazowych od 2 do 4 J na kg masy ciała- tym samym rozpoczynanie defibrylacji od 1 J nie ma żadnego uzasadnienia medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji „ Funkcja wspomagająca ratownika podczas RKO w postaci informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej:

- Sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień, zgodnie z wytycznymi Resuscytacji 2021.

- Wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (/min.) uciśnień

- Wyświetlanie na ekranie graficznego wskaźnika relaksacji klatki piersiowej

- Wyświetlanie na ekranie licznika czasu pozostałego do końca 2 minutowego cyklu RKO”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora, który będzie informował za pomocą komunikatów dźwiękowych oraz wyświetlanych na ekranie defibrylatora o prawidłowości relaksacji klatki piersiowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji „ Funkcja wspomagania prowadzonej wentylacji w zakresie objętości podawanej mieszanki oddechowej i częstości jej podawania przy użyciu ręcznych urządzeń do prowadzenia wentylacji (worek samorozprężalny) - informacja zwrotna wyświetlana w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia. Możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.”

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego punktu. Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność jest dostępna tylko przez jeden defibrylator (Zoll X series Advanced) co stoi w sprzeczności z założeniami ustawy o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji "Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnień.”

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego punktu lub dopuszczenie urządzenia pozbawionego powyższej funkcjonalności.

Zgodnie z wytycznemu ERC w celu oceny akcji serca należy mieć „ czystą” klatkę piersiowej- to znaczny nie może na niej znajdować się nic celem prawidłowej interpretacji akcji serca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji "Automatyczne dostosowanie procedury pomiaru ciśnienia krwi w odpowiedzi na określone warunki:



- Standardowe: Szybki pomiar podczas napełniania mankieta (ok. 15 s)
- Poważne artefakty: Pomiar zsynchronizowany z zapisem EKG."

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający oczekuje by opisana funkcjonalność pozwalała na tak szybki pomiar również u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca takimi jak migotanie przedsionków?

W przypadku odpowiedzi negatywne zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymaganego czasu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji „ Funkcja wspomagania monitorowania pacjenta z ciężkim urazem czaszkowo mózgowym:

- Równoczesne wyświetlanie na osi czasu wyników pomiarów trzech parametrów: SpO2, ciśnienie skurczowe krwi, EtCO2 wraz z odniesieniem do wartości zalecanych i informacją zwrotną co do prowadzonej wentylacji zastępczej w zakresie objętości i częstości;"

Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez zaoferowanie defibrylatora, który umożliwi jednoczesne wyświetlanie parametrów SpO2 wraz z krzywą pletyzmograficzną, wyświetlanie parametrów ciśnienia skurczowego oraz wartości EtCO2 wraz z krzywą EtCO2 które w przypadku wykroczenia poza granice alarmu będzie informowała operatora za pomocą alarmów dźwiękowych oraz wizualnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji „ Pamięć wewnętrzna umożliwiająca rejestrowanie min. 50 ostatnich zdarzeń"

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści urządzenie Corpuls 3 Touch umożliwiające zapis wszystkich rejestrowanych danych w postaci karty CF o pojemności 2 GB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pozycji „ Torba transportowa, akumulator oraz kabel EKG 12 odprowadzeniowy w zestawie."

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zmianę brzożenia obecnego punktu z obecnego brzożenia na następujące

„ Torba transportowa, akumulator oraz kabel lub kable umożliwiające pomiar 12 odprowadzeniowego EKG w zestawie."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 14 do 35 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z gwarancją 12 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause