

Bielsko-Biała dn. 09.10.2023 r.

DZP.271.38.2023 - 13

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.38.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Pakiet nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również igły o długości 88 mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również igły o długości 88 mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igłę prowadzącą dla rozmiarów 25G-27G?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil Point i długości 120mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

ODPOWIEDŹ:

Nie Zamawiający wymaga ostrza Pencil Point w pozycji nr 7 Pakietu nr 1.

Pakiet nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści igły Tuohy tylko w rozmiarze 18G?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

Pakiet nr 1, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również igły o długości 88mm, pod warunkiem, że spełnią pozostałe zapisy SWZ.

Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści równoważny zestaw składający się z 3 łyżek jednorazowych, metalowych, światłowodowych, zgodnych z zielonym standardem (green standard), typ MacIntosh w rozmiarze 2 – 4, w zestawie uchwyt wielorazowy ze źródłem światła LED, dwuczęściowy, wewnętrzny kartridż zasilany bateriami 2xC, rękojeść radełkowana krzyżowo dzięki czemu zapewnia użytkownikowi stabilny uchwyt, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) waga 233g, wysokość 160mm, średnica 28mm, spakowane w plastikową walizkę?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymergen

