

Do zainteresowanych

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu i generatora o częstotliwości mikrofalowej do ablacji tkanek miękkich**

**znak sprawy WSzSL/DZ-79/18**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1** Dotyczy Pakietu 1, punkt A9 i D2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o maksymalnej głębokości obrazowania 30 cm. Różnica jest znikoma, wynosi zaledwie 2 cm i jest niezauważalna dla użytkownika?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego urządzenia.

**Pytanie 2** Dotyczy Pakietu 1, punkt A10. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o częstotliwości odświeżania obrazu (frame rate) 499?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 3** Dotyczy Pakietu 1, punkt A13. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o dynamice systemu > 220dB?

**Odpowiedź:** Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Z-Czł. Zarządu  
ds. Lecznicowa  
w ramach Specjalnego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

dr n. med. Andrzej Eap