

WSzSL/DZ/072-

/19

Legnica, dnia 06-09-2019 r.

**INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU  
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
znak sprawy WSzSL/DZ-40/19**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 06-09-2019 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w siwz, tj.

- a) Cena - 60 %
- b) Parametry użytkowo-techniczne - 30 %
- c) Okres gwarancji i rekojmi - 10 %

Zamawiający dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych ww. postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców; złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w SIWZ oraz uzyskały największą ilość punktów:



Nr Części	Przedmiot zamówienia	Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Oferowana cena	Oferowane parametry użytkowo techniczne			Przyznane punkty czasowe dla oferowanych parametrów użytkowo technicznych	Oferowany okres gwarancji i reklamacji
1	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Elektroencefalograf - 1 szt.	Oferta nr 1	ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O. ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa	81 756,00	3	Liczba wejściowych kanałów poligraficznych	BRAK INFORMACJI	0 pkt	24 miesiące
					19	Impedancja wejściowa (Mohm) >80,	>100	5 pkt	
					20	przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej >100dB.	>120dB	5 pkt	
					28	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 200 gotowych zdarzeń.	Min. 400	5 pkt	
					34	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału	TAK	5 pkt	
					35	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekran analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPNV, CCTNV)	TAK	5 pkt	
66	Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack	TAK	20 pkt						
2	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Generator wysokich przepływów do terapii - 4 sztł oraz dostawy materiałów zużywalnych do oferowanych generatorów.	Oferta nr 4	NZ TECHNO SP. Z O.O. UL. BERNĘSKA 5A, 03-976 WARSZAWA	206 647,20	2	Cyfrowy, wyświetlacz z 3 parametrami: temperatura, przepływem i stężeniem tlenu.	Tak, kolorowy. Cyfrowy, wyświetlacz z 3 parametrami: temperatura, przepływem i stężeniem tlenu. Cyfrowy, wyświetlacz z 3 parametrami: temperatura, przepływem i stężeniem tlenu.	5 pkt	36 miesięcy
					5	Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 90 %.	Tak, stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 95 % Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 90 %.	5 pkt	
					9	Waga: max 2,5 kg (sam aparat) 4 kg (aparat w opak. z akcesoriami)	Tak, waga: max 2,1 kg (sam aparat) 4 kg (aparat w opak. z akcesoriami) Waga: max 2,5 kg (sam aparat) 4 kg (aparat w opak. z akcesoriami)	5 pkt	

OK

4	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa sufitowa - 3 szt.	Oferta nr 2	TBK Medical Partner Sp. z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2-34-300 Żywiec	48 600,00	1	Żywotność źródeł światła min. 50000 h	TAK, żywotność źródeł światła 60 000 h	5 pkt	48 miesięcy						
					2	Napięcie światła min. 120000lux	TAK, napięcie światła 150 000 lux	5 pkt							
					3	Średnica pola światła min. 190-270mm	TAK, średnica pola światła 150-320 mm	5 pkt							
					4	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min95	TAK, współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego RA 95	0 pkt							
					5	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 94	TAK, współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 95	0 pkt							
					6	Wgłębność oświetlenia min. 70cm	TAK, głębokość oświetlenia 130 cm	5 pkt							
					8	Temperatura barwowa w zakresie: ok 3800 -5400K	TAK, regulowana temperatura barwowa w zakresie od 3100 do 5000°K (dopuszczono odp. Zamawiającego z dnia 25.06.2019r.; znak pisma: WszSL/DZ/072-446/19; pytanie nr 1)	5 pkt							
					13	Możliwość wymiany modułów świetlnych bez ingerencji w obudowę lampy	NIE	0 pkt							
					4	Stacyjny tryb pracy	TAK, statyczny tryb pracy, więcej niż jeden + tryb pulsacyjny + siedzeniowy	10 pkt							
					6	Matrac zbudowany z min. 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.	TAK, matrac zbudowany z 26 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nieusztynionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie, komory materaca pojedynczo wymienne	10 pkt							
					5	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Materac zmiennościenitowy - 5 szt.	Oferta nr 5	Ewa Krutul prowadząca działalność gospodarczą REVITA EWA KRUTUL PODDAMIROWO 30, 76-031 MŚCICE		31 189,99	8	Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym lub zmiennościenitowym	TAK, funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym oraz zmiennościenitowym	20 pkt	36 miesięcy
											16	Limit wagi pacjenta nie mniej niż 250 kg	TAK, większe obciążenie; Limit wagi pacjenta $\leq$ 255 kg	10 pkt	
											20	Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem	TAK, przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem	5 pkt	
21	Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy	TAK, przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy	5pkt												

6	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Tor wizyjny z diatermią – 1 szt.	Oferta nr 6	OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O. UL. WYNALAZEK 1, 02-67 Warszawa	226 800,00	5	Możliwość wyboru automatycznego włączenia źródła światła razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona	TAK, możliwość wyboru automatycznego włączenia źródła światła razem ze sterownikiem – funkcja włączona lub wyłączona	10 pkt	24 miesiące
					6	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej, dopuszcza się elektroniczne blokowanie pasma czerwonego w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	TAK, jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej)	70 pkt	
					24	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	TAK, kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej)	30 pkt	
					25	Waga (bez przewodu) max. 70 g	TAK, waga (bez przewodu) 65 g	10 pkt	
					58	Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urzędzenia oraz ustawienie parametrów pracy	TAK, generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urzędzenia oraz ustawienie parametrów pracy	10 pkt	
7	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - KTG do ciąży bliźniaczej – 2 szt.	Oferta nr 8	Witold Tomczak przewodzący działalność gospodarczą ITAM-SYSTEM UL. ROOSEVELTA 118, 41-800 ZABRZE	59 832,00	1	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm	TAK, zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm	0 pkt	36 miesięcy
					4	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika $\leq 10mW/cm^2$	TAK, wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika $< 5 mW/cm^2$	10 pkt	
					16	Możliwość podłączenia symulatora akustycznego płodu	TAK, podłączenia symulatora akustycznego prądu.	5 pkt	

OK

## Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja

Nr Części	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Przyznawane punkty w kryterium „Cena”	Przyznawane punkty w kryterium „Okres gwarancji i rekojmit.”	Przyznawane punkty w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”	Łączna ilość przyznanych punktów
1	<b>Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Elektroencefalograf - 1 szt.</b>	<b>ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O. ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa</b>	60	10	30	100
2	<b>Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Generator wysokich przepływów do terapii - 4 szt. oraz dostawy materiałów zużywalnych do oferowanych generatorów.</b>	<b>NZ TECHNO SP. Z O.O. UL.BERNENSKA 5A, 03-976 WARSZAWA</b>	60	10	30	100
3	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Inkubator z wyrzaskarką do płytek - 1 szt.	BRAK OFERT				
4	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa suflowa - 3 szt.	<b>TBK Medical Partner Sp. Z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2 34-300 Żywiec</b>	60	8	30	98
5	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Materac zmiennociśnieniowy - 5 szt.	<b>Dräger Polska sp. Z o.o. Ul. Posag 7 Panten 1 02-495 Warszawa</b>	30	10	22,5	62,5
		<b>Ewa Krutul prowadząca działalność gospodarczą REVITA EWA KRUTUL PODAMIROWO 30. 76-031 MŚCICE</b>	60	10	30	100
6	<b>Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Tor wizyjny z daternią – 1 szt.</b>	<b>Jacek Adam Zbroński prowadzący działalność gospodarczą RZĘDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REAL" ADAM JACEK ZBRONSKI UL. KASZTANOWA 27. 10-156 Olsztyn</b>	47,75	10	25	82,75
		<b>OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O. UL. WYNALAZEK 1, 02-67 Warszawa</b>	60	10	30	100

24

**Informacja dodatkowa dotycząca ofert konkurencyjnych w zakresie Części 4 i 5**

Nr części	Opis przedmiotu zamówienia	Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Parametry użytkowo techniczne		Punkcja parametrów użytkowo technicznych	Okres gwarancji i reklajmi
4	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Lampa operacyjna/zabiełkowa jednoczasowa sulfkowa - 3 szt.	Oferta nr 3	Dräger Polska sp. Z o.o. Ul. Posag 7 Pamię 1 02-495 Warszawa	96 552,00	1	TAK, żywotność źródeł światła 50 000 h	0 pkt	60 miesięcy
					2	TAK, natężenie światła 160 000 lux	5 pkt	
					3	TAK, średnica pola światła 190-280 mm	5 pkt	
					4	TAK, współczynnik odzorowania barwy światła słonecznego RA 95	0 pkt	
					5	TAK, współczynnik odzorowania barwy czerwonej R9 94	0 pkt	
					6	TAK, głębokość oświetlenia 130 cm	5 pkt	
					8	TAK, regulowana temperatura barwowa w zakresie: 3800-5600 K.	5 pkt	
					13	NIE, brak możliwości wymiany modułów świetlnych bez ingerencji w obudowę lampy	0 pkt	
					4	Więcej niż jeden tryb statyczny; tryb statyczny, tryb CLP (stałego niskiego ciśnienia), tryb maksymalnego wypchnięcia, tryb transportowy	10 pkt	
					6	Maternie zbudowany z 18 poprzedzających komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego polimeru zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory matrac pojedynczo wymienne.	0 pkt	
					8	Funkcja roboczej pracująca w trybie zmiennociętnowym	20 pkt	
					16	Limit wagi pacjenta 255 kg	10 pkt	
					5	Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Matrac zmiennociętno wy - 5 szt.	Oferta nr 7	
21	TAK, przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy	5pkt						

Nado zawiadaniamy, iż w niniejszym postępowaniu:

- 1) nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,
- 2) nie ustanowiono do dynamicznego systemu zakupów,
- 3) unieważniono postępowanie w zakresie części nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 uPzp,
- 4) nie wykluczono Wykonawców z postępowania;
- 5) odzuciono ofertę nr 8 Wykonawcy MARGOT MEDICAL SPÓŁKA Z O.O. UL. PIAKÓW LEŚNYCH, 77-05-500 JASTRZĘBIE. Złożona oferta jest niezgodna ze treścią SIWZ, Wykonawca nie złożył formularza ofertowego, złożył jedynie formularz asortymentowo cenowy.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcy za pośrednictwem drogi elektronicznej, udostępniła na stronie internetowej [www.szpitallegnica.pl](http://www.szpitallegnica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń szpitala.

Klauzula obowiązkowo informacyjnego z art. 13 RODO na potrzeby realizacji zamówienia publicznego.

Adresatem tej informacji są przede wszystkim osoby fizyczne (wykonawcy) przekazujące swoje dane osobowe bezpośrednio Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy. Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Powiatkowa 5, 59-220 Legnica (dalej: „Szpital”), Kontakt tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna).
- Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: [iod@szpitallegnica.pl](mailto:iod@szpitallegnica.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (dalej: „ustawa Pzp”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z korzystaniem dla Pana/Pani rozszerzającym postępowania, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych) i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp)
- Zamówienie publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”).
- Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia wynikają bezpośrednio z SIWZ Zamówienia, Szpital przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowym, dane zarwane w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG)
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp; a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Szpitala (np. dostawcy usług IT, księgowość, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Szpitala.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W związku z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane dodatkowo do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie przepisów prawa.
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Szpital do odbiorcy w państwie urzecz.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- co do zasady Pani/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, jest istotnie ograniczone, w szczególności nie przysługują Pani/Pani:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. h, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykpienie:	skorzystanie	z	prawa	do	sprostowania	nie	może	skutkowo	zmiana	wyniku	postępowania
...	o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z istacją Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.										
...	Wykpienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przetwarzania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z innych ważnych względów interesu publicznego lub innego prawnego lub publicznego.										

**Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Z poważaniem,**

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*Anna Piotnicka-Mieloch*