



WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

Toruń, dnia 16-07-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-81/24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023r. poz. 1605), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy Zadania Nr 3, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do wkluc dożylnych z regulacją wysokości siedziska w zakresie 500 do 650 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy Zadania Nr 3, poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do wkluc dożylnych dla pacjentów bariatrycznych z podstawą wyposażony w 4 koła z centralną blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy Zadania Nr 3, poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do wkluc dożylnych dla pacjentów bariatrycznych o wymiarach:

- wysokość: 1400 mm
- głębokość: 1530 mm
- szerokość: 1010 mm
- wysokość siedziska: 630 mm
- szerokość siedziska: 700 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy Zadania Nr 3, poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło dla pacjentów bariatrycznych z siedziskiem o szerokości 71 cm i głębokości 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 5:

Dotyczy Zadania Nr 3, poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krzesło dla pacjentów bariatrycznych z podłokietnikami zintegrowanymi z siedziskiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6:

Dotyczy Zadania Nr 3, poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krzesło dla pacjentów bariatrycznych o wymiarach:

- wysokość: 873 mm
- głębokość: 582 mm
- szerokość: 710 mm
- wysokość siedziska: 430 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołonego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wulnych-Krajewska