

Parametry oceniane

L.p.	Parametry jakościowo-techniczne	PUNKTACJA		Wartość oferowana (wypełnia Wykonawca)
1.	Parametr beta HCG oznaczany jako marker nowotworowy	Tak	10 pkt	
		Nie	0 pkt	
2.	Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci oraz kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach.	Tak	5 pkt	
		Nie	0 pkt	
3.	Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych producenta dla oznaczanych parametrów wymienionych w specyfikacji załącznik nr 1.0 potwierdzony oświadczeniem o posiadaniu ww. <i>W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić udziału w międzynarodowej kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych producenta w zakresie jednego parametru, Zamawiający uzna zapewnienie udziału w zewnętrznej, niezależnej międzynarodowej kontroli wyników za wystarczające do przyznania ocenianej ofercie 10 punktów</i>	Tak	10 pkt	
		Nie	0 pkt	
4.	Serwis zdalny- dostęp przez łącze internetowe	Tak	10 pkt	
		Nie	0 pkt	
5.	Możliwość oznaczania tzw. próbek pediatrycznych - objętość próbki do 1 oznaczenia poniżej 50 ul.	Tak	5 pkt	
		Nie	0 pkt	

- Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ