



WSzSL/DZ/072/46 /19

Legnica, 22-02-2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Tytuł Projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”**

**„PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU DO UŻYTKU MEDYCZNEGO MAJĄCEGO STANOWIC WYPOSAŻENIE W WYREMONTOWANYCH PORADNIACH”**

znak sprawy WSzSL/DZ-06/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy – Pakietu nr 8 – Wagi medyczne ze wzrostomierzem**

**Pytanie 1**

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Takie rozwiązanie nie wpływa na wycenę produktu jak często sugeruje polski dystrybutor Chińskich wag medycznych w zadawanych przez siebie pytaniach do postępowań przetargowych. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odwołuje do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 14 pismem WSzSL/DZ/072/57/19 z dnia 15-02-2019r.**

**Pytanie 2**

Czy zamawiający mając na uwadze obowiązkową legalizację wag medycznych oraz 10 letnią dostępność części zapasowych, wymaga aby na wypadek naprawy pogwarancyjnej producent posiadał na terenie Polski autoryzowany serwis producenta ? Niestety czasem z powodu braku części zapasowych i wiedzy serwisantów wagi medyczne pozostają zepsute i nie użytkowane.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający mając na uwadze pomiar małych dzieci i dorosłych pacjentów powyżej 200 cm, wymaga wzrostomierza o ponadstandardowym zakresie pomiaru 7-230 cm?


**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 4**

Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała kółka? Proponowana waga posiada podgumowane stopki zapewniające bezpieczne użytkowanie. Dodatkowe kółka transportowe pozwalają na proste przesuwanie wagi np.



przy sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Jednocześnie kółka nie wpływają na bezpieczne użytkowanie wagi jak często w zadawanych pytaniach sugeruje polski dystrybutor Chiński wag wprowadzając zamawiającego w błąd.



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 5

Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Czy zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła 6,9 kg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 6

Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, w przypadku stąpienia przez pacjenta na róg wagi - waga z pacjentem nie wywróci się. Platforma luźno położona na pomości i nie przymocowana niesie za sobą ryzyka kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza wymiary platformy (szer. x wys. x głęb.) 272 x 75 x 280 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza wymiary platformy (szer. x wys. x głęb.) 335 x 80 x 345 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy**

Oh



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

#### Pytanie 9

Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala? Funkcja ta nie podnosi ceny wagi a wynika z innowacyjnego rozwiązania konstrukcyjnego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie, lekkiego, aluminiowo-plastikowego wzrostomierza o zakresie pomiaru 75-200 cm i podziałką 1mm?. Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej ( Pacjenci o wzroście 60 cm to roczne dzieci, które nie potrafią jeszcze stać na wadze lekarskiej). Takie rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przy przypadkowym spadnięciu na głowę.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 11

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu:

- w zakresie do 150 kg: 100gr
- w zakresie od 150 kg: 200 gr.

Jest to standardowa i precyzyjna podziałka osobowych wag medycznych przeznaczonych do ważenia pacjentów, także w pediatrii. Dokładność odczytu do 100 g jest w praktyce stosowana nawet przez stacje dializ, które to szczególnie przywiązują wagę do bardzo dokładnego określenia masy ciała przed i po dializie. Informujemy jednocześnie, iż powyższy produkt jest legalizowany i przy obciążeniu maksymalnym do 200 kg odpowiada najprecyzyjniejszej III (trzeciej) klasie dokładności stosowanej dla wag osobowych.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

### UWAGA!

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Szpitala  
NACZELNA PIELEGNIARKA  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Beata Labowicz*

