



Piekary Śląskie, dn. 06.03.2024 r.

DZP - 3/2024

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

1. Dot. pakiet nr 33, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Elektrode neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwipotencjalnym, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips. Opakowanie zbiorcze – 50szt. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. pakiet nr 33, poz. 2

Elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego = PEŁNIACYCH TAKĄ SAMĄ FUNKCJĘ ANTYOPARZENIOWĄ, CO PIERŚCIEŃ EKWIPOCENCJALNY, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm² o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. pakiet nr 38

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 38 poz. 1 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, spektrum działania B, F? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum działania B, F?

Odp. Zamawiający nie wydziela. Zamawiający dopuszcza obie pozycje.

4. Dot. umowy

Prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy”

lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności" lub prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

5. Dot. Pakiet nr 3, 4, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści nici nawinięte w ósemkę na papierowy nośnik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. Pakiet nr 3, poz. 1-21

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkanek po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Dot. Pakiet nr 3, poz. 22-25

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Dot. Pakiet nr 3, poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. Pakiet nr 3, poz. 18

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie rodzaju igły (np. okrągła, odwrotnie tnąca).

Odp. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zapis dot. rodzaju igły, tj. „igła okrągła”.

10. Dot. Pakiet nr 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, wytrzymały na rozciąganie, wykonany z polidiodksanonu o długim okresie podtrzymywania, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Zgodnie z SWZ.

12. Dot. Pakiet nr 4, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. Pakiet nr 4, poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet nr 4 z pominięciem ww. pozycji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

14. Dot. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, syntetyczny, poliestrowy, powlekany w całości silikonem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. Pakiet nr 28, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet nr 28 z pominięciem ww. pozycji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dot. Pakiet nr 45

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 45 Poz. Nr 2 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

17. Dot. Pakiet nr 45

Czy Zamawiający Pakiecie Nr 45 Poz. Nr 2 – Test ureazowy - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu?

Odp. Zamawiający wymaga.

18. Dot. pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów z przewodnikiem pokrytym teflonem o dł. 125 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. Dot. pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów w rozm. 4,8Ch i dł. 28 cm z popychaczem 75cm – znakowany co 1 cm z przewodnikiem o dł. 150 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Dot. umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 - 17 umowy, karę umowną w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3,

1.4. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto, określonej w § 5 ust. 3 umowy, w tym za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie wskazanym w § 10 ust. 6,

1.5. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto, określonej w § 5 ust. 3 części umowy,

1.6. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 11 ust. 10, w wysokości 0,1 % należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% należnej kwoty. Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przyjmuje się okres 30 dni licząc od daty zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Dot. umowy

Czy Zamawiający może zmienić wysokość kar umownych, zawartych we wzorze umowy do wysokości 1%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Smoleń
mgr Małgorzata Smoleń

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT

Bacik
Izabela Bacik

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
DYREKTOR
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Lipiec
mgr inż. Małgorzata Lipiec