

**BBA-2.262.21.2021 – część I**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części I zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp.

### **UZASADNIENIE**

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w opisie minimalnych wymagań dla spektrofotometru do pomiaru barwy wskazał, iż urządzenie powinno być wyposażone w laptop z zainstalowanym pakietem MS Office oraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych wraz z myszką. Poprzez zbyt ogólnikowe opisanie parametrów, które powinna posiadać jednostka sterująca spektrofotometrem, Zamawiający nie dochował należytej staranności. Nieprecyzyjne opisanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia jest uchybieniem proceduralnym, którego w żaden sposób nie można skorygować w toku postępowania.