

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.103.2024.MB na: Dostawa mikroskopów optycznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>Zamawiający w Zał. nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia wymaga w punkcie 6 cyt. „głowica binokularowa, rozstaw okularów w zakresie nie mniejszym niż 48-75 mm, regulacja dioptrii nie mniejsza niż +/- 5 dioptrii.” Z kontekstu można wnioskować, że wymagana regulacja dioptrii dotyczy dwóch okularów. Jest to bardzo dobre ergonomiczne rozwiązanie umożliwiające obserwatorowi dopasowanie obydwu okularów do każdego oka osobno uzyskując w ten sposób bardzo dobrej jakości obraz. W celu uniknięcia niejasności w interpretacji zapisu proszę o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga dwóch okularów o regulacja dioptrii nie mniejszej niż +/- 5 dioptrii?</p>	<p>Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ zawarł w opisie przedmiotu zamówienia wymagania minimalne. Zamawiający informuje, iż opis parametru w pkt 6 OPZ załącznika nr 6 do SWZ, nie ogranicza jego szerszych możliwości funkcjonalnych. Opis „ ... regulacja dioptrii nie mniejsza niż +/- 5 dioptrii” nie zawiera wskazania czy to jeden z dwóch czy dwa okulary są regulowane w zakresie dioptrii. Opis odnosi się jedynie do tego jaki jest parametr zakresu regulacji dioptrii. Zamawiający pozostawia wybór Wykonawcy zaoferowania modelu mikroskopu spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego.</p>
2	<p>Zamawiający w Zał. nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia wymaga w punkcie 9 bezpiecznika. Rozwiązanie takie charakterystyczne jest dla mikroskopów z zasilaczem wewnętrznym/wbudowanym w statyw mikroskopu. Wbudowany zasilacz powoduje nagrzewanie statywu mikroskopu i może powodować zakłócenia podczas obserwacji. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zasilania mikroskopu wysokiej jakości zasilaczem zewnętrznym bez dodatkowych bezpieczników?</p>	<p>Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pkt 7 i 9 ppkt 1) załącznika nr 6 do SWZ</p> <p>Zakres zmiany w pkt 7: Było: zasilanie sieciowe Po zmianie: zasilanie sieciowe wbudowane w obudowę mikroskopu łącznie z przewodem zasilającym lub zasilanie zewnętrznym zasilaczem</p> <p>Zakres zmiany w pkt 9 ppkt 1: Było: bezpiecznik Po zmianie: bezpiecznik (wymagany jedynie, jeżeli dotyczy mikroskopu z zasilaniem sieciowym wbudowanym w obudowę mikroskopu)</p>

Postępowanie nr 5B10.291.1.103.2024.MB

3	Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 6 tygodni? Na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz niestabilnej sytuacji na terenie krajów bezpośrednio zaangażowanych w te działania, dostawy mikroskopów oraz ich podzespołów uległy znacznemu wydłużeniu ze względu na omińnięcie ww. terenów i zastosowania transportu morskiego. Zgoda Zamawiającego na dłuższy czas realizacji zamówienia stanowi kluczowy element przy planowaniu ewentualnej dostawy.	Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do 6 tygodni. Stosowne zmiany zostaną uwzględnione w SWZ w rozdziale IV i załączniku nr 5 do SWZ – Projekt umowy, w § 2.
4	Prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie jakiej minimalnej mocy źródła światła LED wymaga Zamawiający?	Zamawiający nie modyfikuje zapisów i utrzymuje parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia stanowi minimalny zakres wymagań.
5	Prosimy o wyjaśnienie jaki ma być rewolwer mikroskopu, czy skierowany od obserwatora w stronę statywu, tak by nieużywane aktualnie obiektywy nie wystawały w kierunku obserwatora czy nie jest to wymagane?	Odpowiedź jak w pkt 4
6	Prosimy o wyjaśnienie czy kondensator zawierający przesłone irysową ma posiadać odchylany uchwyt na filtry barwne czy nie jest to wymagane?	Odpowiedź jak w pkt 4
7	Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga prócz zasilania sieciowego także wbudowanego akumulatora aby mikroskopy mogły pracować poza pracownią, gdzie nie ma dostępu do zasilania czy też w tym postępowaniu nie jest to wymagane?	Odpowiedź jest w pkt 2 w zakresie zmiany dotyczącej pkt 7 OPZ załącznika nr 6 do SWZ
8	Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga ażurowego statywu mikroskopu typu vis a vis z uchwytami do przenoszenia czy nie stawia takich wymagań?	Odpowiedź jak w pkt 4. Pytanie nie dotyczy minimalnych wymaganych parametrów.
9	Prosimy o wyjaśnienie czy głowica binokularowa ma być obrotowa by Prowadzący zajęcia mógł podejść do studenta i przekręcając głowicę w bok spojrzeć w okulary czy też Zamawiający dopuści też inne rozwiązania?	Odpowiedź jak w pkt 4. Pytanie nie dotyczy minimalnych wymaganych parametrów.
10	Prosimy o wyjaśnienie czy stolik mikroskopu ma być wykonany z metalu czy też dopuszczalne są inne opcje, np. odlewany masy plastycznej?	Odpowiedź jak w pkt 4. Pytanie nie dotyczy minimalnych wymaganych parametrów.
11	Prosimy wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?	Oferowany mikroskop przez Wykonawcę może posiadać Deklarację zgodności z dyrektywą RoHS.
12	Prosimy wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów czy nie stawia takiego wymogu?	Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
13	Prosimy wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga możliwości regulacji ciężkości obrotu pokrętła regulacji ostrości makro, które także zapobiega możliwemu po dłuższym czasie użytkowania opadaniu stolika czy nie są to cechy wymagane?	Odpowiedź jak w pkt 4. Pytanie nie dotyczy minimalnych wymaganych parametrów.

14	Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dla mikroskopów jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest wyrobem medycznym?	Oznakowanie „CE” zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 pkt 5) projektu umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
----	---	--

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz udostępnia zmienione dokumenty, zgodnie z poniższym:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ po zmianie z dnia 16.09.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia, po zmianie z dnia 16.09.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ,
- 3) Projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ o nazwie „**Projekt umowy po zmianie z dnia 16.09.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy projekt umowy.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27.09.2024 r.** do godz. 09:00:00.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.09.2024 r.** o godz. 09:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

REKTOR

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
czł. koresp. PAN

