



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
z siedzibą w Radomiu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 25 02

Radom, dnia 17.07.2023 r.

Egz. poj.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
z siedzibą w Radomiu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ZP – ...../23

WYKONAWCY

### Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ nr 3

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) zwana dalej ustawą Pzp

pn.: **Świadczenie usług serwisowych przyrządów do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z podziałem na zadania:**

- 1) **Zadanie nr 1 - świadczenie (nie wcześniej niż od 09.09.2023 r.) usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu A 2.0, A2.0/04 A2.0/4L,**
- 2) **Zadanie nr 2 - świadczenie (nie wcześniej niż od 27.08.2023 r.) usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alco-Sensor IV,**
- 3) **Zadanie nr 3 - świadczenie (od dnia zawarcia umowy) usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu iBlow,**
- 4) **Zadanie nr 4 świadczenie (od dnia zawarcia umowy) usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu AT 1000,**
- 5) **Zadanie nr 5 - świadczenie (nie wcześniej niż od 01.01.2024 r.) usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 6810.**

**Nr sprawy 17/23 ID 785874**

**Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.: 2023/S 121-384031**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz.1710 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający może doprecyzować (uzupełnić) wymagania opisane w pkt. 7 formularza ofertowego – załącznik nr 1.2 do SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis zawarty w pkt. 7 formularza ofertowego – załączniki nr 1.1 – 1.5 do SWZ stanowi omyłkę pisarską, a jego treść dla potrzeb niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest bezprzedmiotowa.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) na której zamieszczono SWZ.

*Z poważaniem*

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*Justyna Kowalska*  
Justyna Kowalska

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 opublikowano w dniu 17.07.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Wyk. egz. poj.  
Wytworzył: Anna Ozga