



Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
w Legnicy



**DOLNY
ŚLĄSK**

WszSL/DZ/072-501/19

Legnica 1.07.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO„

znak sprawy: WSzSL/DZ-40/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy:

Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa sufitowa – 3 szt. - pakiet nr 4 – pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, w której pobór mocy źródeł światła wynosi 70W?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

mgr inż. Andrzej Bukowczyk