

Miechów, dnia 7 sierpnia 2020 r.

**/wszyscy uczestnicy postępowania/**

**Nr sprawy: 26/2020** - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Zadanie nr 3 – Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta (system grzewczy, 1kpl.) Prosimy o dopuszczenie systemu do ogrzewania pacjenta zapewniającego suche ogrzewanie kontaktowe oparte na niskonapięciowej technologii włókien węglowych składającego się z jednostki kontrolnej i materaca grzewczego.

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o odstąpienie od wymogów specyficznych dla systemu wodnego, w szczególności prosimy o:

Pkt 2

Dopuszczenie jednostki sterującej wyposażonej w czytelny ekran LCD, wyświetlający temperaturę zaprogramowaną, temperaturę osiągniętą, wskaźnik mocy ogrzewania oraz nazwę podłączonego elementu grzewczego, komunikaty alarmowe informujące o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, automatyczny test funkcji przy każdym włączeniu.

Pkt 3

Dopuszczenie możliwości podłączenia jednej maty grzewczej - zmiana mat bez użycia narzędzi, maty połączone za pomocą złącz posiadających zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem.

Lub

Pkt 3

Dopuszczenie możliwości podłączenia i niezależnego sterowania jedną lub dwoma matami grzewczymi - zmiana mat bez użycia narzędzi, maty połączone za pomocą złącz posiadających zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem.

Pkt 5

Dopuszczenie temperatury maty grzewczej regulowanej w zakresie 30-40°C za pomocą przycisków - ustawienia wymagające zatwierdzenia przyciskiem, co stanowi zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień.

Pkt 6

Dopuszczenie możliwości zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu, postawienia lub zamocowania na dedykowanym stojaku mobilnym.

Pkt 8

Dopuszczenie urządzenia o mocy 350 W przy czasie nagrzewania 5-7 min

Pkt 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania zbiornika w przypadku dopuszczenia systemu elektrycznego

#### Pkt 11

Dopuszczenie potrójnego zabezpieczenia przed przegrzaniem – alarm odchylenie temperatury z automatycznym odcięciem ogrzewania przy odchyleniu temp. o 1 °C, alarm wysokiej temperatury z automatycznym odcięciem ogrzewania przy przekroczeniu 41,1 °C, mechaniczny wyłącznik zasilania przy przekroczeniu temperaturze 42 °C - 43 °C.

#### Pkt 13

Dopuszczenie jednostki sterującej o wymiarach 187x282x87 mm

#### Pkty 15, 16, 17, 18, 21, 24

Odstąpienie od wymaganych parametrów charakterystycznych dla systemu wodnego w przypadku dopuszczenia systemu elektrycznego

#### Pkt 19

Odstąpienie od wymogu przycisku testu funkcji, w przypadku gdy jest on uruchamiany automatycznie przy każdym włączeniu jednostki sterującej, a pozytywny wynik umożliwi rozpoczęcie pracy.

#### Pkt 20

Dopuszczenie jednego uchwytu do przenoszenia w przypadku zaferowania jednostki kontrolnej o znacznie niższej wadze- poniżej 5,8 kg

#### Pkt 23

Dopuszczenie wbudowanego systemu informacji o następujących nieprawidłowościach: alarm odchylenia temperatury; alarm wysokiej temperatury; alarm rozłączenia elementu grzewczego; alarm niedogrzenia alarm zaniku zasilania z możliwością czasowego uspienia niektórych ostrzeżeń za pomocą jednego przycisku na min. 10 minut.

#### Pkt 25

Prosimy o odstąpienie od wymogu dedykowanego stojaka w przypadku gdy jednostka sterująca jest przystosowana do montażu na stojaku do kroplówek.

#### Pkt 26

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej o wymiarach 190x50 cm ze szczelnym pokryciem poliuretanowym

**Ad 1 Pozostaje jak w SIWZ.**

#### **Zapytanie 2**

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w jakim terminie od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy?

**Ad 2 Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury.**