

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Nr sprawy: TRiRW/322/2022

Dotyczy: postępowania klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę technicznych środków materiałowych, przyrządów oraz wyposażenia laboratoryjnego.

W związku z wpływaniem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pyt. nr 1:

„Zadanie 4 - poz.16,17 - ilość zamawiana to 10 opakowań, proszę określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.”

Pyt. nr 2:

„Zadanie 4 - ze względu na skomplikowaną sytuację na rynku proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 45 dni - część asortymentu wymaga sprowadzenia towaru z zagranicy i krótszy termin dostawy jest nierealny.”

Pyt. nr 3:

„Zadanie 5 - poz.8 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o wymiarach 1000x650x115 mm?”

Pyt. nr 4:

„Zadanie 5 - w dołączonym załączniku nr 6.5 jest opis wagi pomostowej, natomiast w formularzu ofertowym dotyczącym zadania 5 (załącznik nr 2.5) nie ma takiej pozycji - proszę o wyjaśnienie.”

Pyt. nr 5:

„Zadanie 5 - ze względu na skomplikowaną sytuację na rynku proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 45 dni.”

Pyt. nr 6:

„Zadanie 5 - poz. 4 - czy oferta ma zierać tylko dostawę urządzenia czy również montaż urządzenia?”

Pyt. nr 7

„Zadanie 5 - poz. 6 - Mikromierz - termin dostawy urządzenia o takich parametrach wynosi około 4 miesiące (długi cykl produkcji u producenta, długie procedury związane z dostawą i odprawą celną). W związku z powyższym wnoszę o wydłużenie terminu dostawy dla tej pozycji do 130 dni lub (aby nie blokować dostawy pozostałych pozycji) utworzenie osobnego zadania dla tego asortymentu również z terminem dostawy 130 dni.”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Zadanie 4 - poz.16,17 - Zamawiający **modyfikuje formularz ofertowy** (zał. nr 2.4 do SWZ) oraz **OPZ** (zał. 6.4 do SWZ) poprzez dodanie zapisu: „**ilość sztuk w opakowaniu 100**”.

Ad. 2

Zadanie 4 - Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni.

Ad. 3

Zadanie nr 5 poz. 8 - Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie stołu o wymiarach 1000x650x115 mm w związku z czym **modyfikuje formularz ofertowy** (zał. nr 2.5 do SWZ) oraz **OPZ** (zał. 6.5 do SWZ).

Ad. 4

Zadanie nr 5 - Zamawiający **dokonyuje modyfikacji OPZ** (zał. 6.5 do SWZ) poprzez usunięcie zapisu dotyczącego wagi pomostowej oraz uzupełnienie OPZ o brakujące pozycje z formularza ofertowego (zał. nr 2.5 do SWZ).

Ad. 5

Zadanie 5 - Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni.

Ad. 6

Zadanie nr 5 poz. 4 - montaż urządzenia **nie wchodzi** w zakres przedmiotowej pozycji.

Ad. 7

Zadanie 5 - Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu dostawy do 130 dni oraz **nie dokona** utworzenia osobnego zadania dla tego asortymentu.

Ponadto Zamawiający dokonuje **modyfikacji SWZ poprzez** zmianę termin składania i otwarcia ofert oraz daty związania ofertą:

POWINNO BYĆ:

Pkt 9 SWZ: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **11.08.2022 r.**

Pkt 12 SWZ: Termin składania ofert: do dnia **13.07.2022 r., godz. 09:00.**

Pkt 13 SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2022 r., godz. 09:15.**

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie przedmiotowego postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 na 10 str. - „Załącznik nr 2.4 do SWZ - form. of. zad. 4 - po modyfikacji”.

Załącznik nr 2 na 11 str. - „Załącznik nr 2.5 do SWZ - form. of. zad. 5 - po modyfikacji”.

Załącznik nr 3 na 5 str. - „Załącznik nr 6.4 do SWZ - OPZ zad. 4 - po modyfikacji”.

Załącznik nr 4 na 7 str. - „Załącznik nr 6.5 do SWZ - OPZ zad. 5 - po modyfikacji”.

Z poważaniem

KOMENDANT 2. WOG


plk Bogdan DRAĞ