

Olsztyn, 26.10.2021 r.

L.dz. W/1810.../2021/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 320/2021/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę która ma większą moc maksymalną wynoszącą 600W co przekłada się na proponowane maksymalne parametry jej pracy – przyspieszenie ponad 24000 xg i szybsze czasy rozpędzenia i hamowania, waga nie przekraczająca 50kg, szersza i głębsza o nie więcej jak 8 cm, zakres chłodzenia do -20°C, z funkcją „eco” wygaszającą ekran w miejscu automatycznego wyłączenia? Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu drenu, gdyż takie rozwiązanie ma silne uzasadnienie w bardzo dużych wirówkach gdzie ilość wytrączanych skroplin jest zdecydowanie większa? Z urządzeń tej wielkości skropliny swobodnie są w stanie odparować na następny dzień użytkowania. Zaleganie ich w kanale odprowadzającym powoduje tworzenie się pleśni oraz bakterii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem o powyższych parametrach.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA
Dorota Borkowska

Strona 1 z 1