



DEA.ZP-261/16/2022

Łódź, dnia 22.11.2022 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „dostawa defibrylatorów na potrzeby WSRM w Łodzi”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Pytanie 1

Pytanie 1 do pkt. 9

Zwracam się do Zamawiającego o doprecyzowanie parametru w pkt. 9 defibrylatora przenośnego. Czy Zamawiający opisując czujnik SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dzieci wymaga aby czujnik był w technologii Masimo SET? Czujnik Masimo pozwala na pomiar saturacji u pacjentów w ruchu oraz w warunkach niskiej perfuzji co zapewnia dokładność pomiaru nieosiągalną dla innych rozwiązań.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii Masimo SET.

Pytanie 2

W związku z określeniem przez zamawiającego minimalnego czasu pracy na zestawie baterii na 9 h (3 baterie po minimum 3h pracy), czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne zapewniające również minimum 9h pracy urządzenia? Obecnie określone parametry zasilania preferują rozwiązanie mniej efektywne wymagające większej ilości baterii niż najnowsze rozwiązania, jednocześnie ograniczają możliwość zaoferowania rozwiązań nowszych, konkurencyjnych, o lepszych parametrach użytkowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator oferujący co najmniej równoważne walory użytkowe i medyczne w zakresie:

- ładowania akumulatorów, realizowanego poprzez uchwyt karetkowy zapewniający rozpoczęcie ładowania akumulatorów w momencie wpięcia defibrylatora w uchwyt, bez konieczności wyjmowania baterii z obudowy urządzenia, co znacznie ułatwia obsługę i zabezpiecza przed sytuacją wyczerpania energii w akumulatorach;
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

- ekranu tj. z kolorowym ekranem o przekątnej 16,5 cm i rozdzielczości 640x480 pozwalającym na odczytywanie większej ilości informacji niż wskazany przez

Państwa defibrylator LIFEPAK 15 tj. 12 fal dynamicznych ekg, komunikatów i wartości liczbowych. Obecnie określone parametry preferują urządzenia mniej efektywne niż najnowsze rozwiązania, jednocześnie ograniczając możliwość zaoferowania rozwiązań konkurencyjnych;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- wzmocnienia zapisu EKG, zapewniającym szerszy zakres regulacji od 0,125, ustawianych ręcznie na 7 poziomach, jak również opcje automatycznego wzmocnienia, co znacznie ułatwia pracę personelu;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- technologii defibrylacji, oferując rodzaj impulsu RBL rektalinearnej charakteryzujący się niższymi skutecznymi energiami defibrylacji 1 - 200J, co zapewnia co najmniej taką samą skuteczność defibrylacji jak przy podaniu 360J w technologii BTE, z dostosowanymi do zakresu energii ilościami nastawami poziomów energii;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- stymulacji przezskórnej, oferując czas podania pojedynczego impulsu stymulacyjnego w 40 ms, a co za tym idzie dającym możliwość zastosowania mniejszych wartości prądu 0 – 140 mA, co jest bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- drukowania zapisów, z drukarką zapewniającą wydruk do 4ch krzywych równoległe na papierze o szerokości 80 mm, co zapewnia wysoka czytelności i obniżenie wagi urządzenia gotowego do pracy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które w niektórych wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w SIWZ funkcjach może być zastosowane w ograniczonym zakresie tj. dla pacjentów od 8 roku życia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez pomiaru impedancji przez łyżki twarde?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści w ramach miarkowania kar umownych zmianę w zakresie wymaganych kar umownych na następujące: "§ 5. (...) b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1 Umowy) – w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia o której mowa w § 1 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; c) za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem w ramach gwarancji – w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

zwłoki; d) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy – 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia o której mowa w § 1 ust.1 umowy;"?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wprowadzi zapis do umowy dot. odpowiedzialności w obliczu zaistnienia siły wyższej i zdarzeń nadzwyczajnych: "Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie."?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Biura Wspierania i Usług Administracyjnych
Wojewódzkiego Ruchu Medycznego w Łodzi
mgr Dawid Kowalewski

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP