

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia III

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na **dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Pakiet nr 8 Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści: kaniule dożylnie bezpieczne, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie typu klik, zamykanym standardowo, kodowanie kolorystyczne rozmiaru kaniuli, za pomocą portu bocznego, skrzydełka przezroczyste bez możliwości przysycia, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 2. Pakiet nr 6 L.P 4 Proszę zamawiającego doprecyzowanie z jakiej włókniny ma być wykonany artykuł jedno czy wielo-warstwowej? Jakiego ma być przeznaczenie wyrobu?

Odpowiedź: *Z włókniny polipropylenowej - Zamawiający nie narzuca ilości warstw. Fartuch dla personelu Szpitala.*

Z-ca DYREKTORA
ds. organizacyjnych i eksploatacyjnych
mgr Jarosław Pleszkun