

Lubań, 06 kwietnia 2023 r.

## Wszyscy Wykonawcy

### ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

**Dotyczy: postępowanie nr ZP/05/2023 pn. „Dostawa wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”.**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 16.08.2022 r.), zwanej dalej „pzp” zawiadamia o odrzuceniu **oferty nr 2** złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę: **Medim sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno.**

#### Uzasadnienie prawne:

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

#### Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, w punkcie 2. Rozdziału III Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), określił wymagania odnoszące się do **terminu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia**, zgodnie z którym Zamawiający wymaga, aby dostarczenie i zamontowanie sterylizatora parowego zostało przez Wykonawcę wykonane do 10 tygodni liczonych od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uzyskaniu zgody na finansowanie zamówienia w formie pożyczki.

Powyższe zostało również ujęte przez Zamawiającego w treści § 2 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie **do 10 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o uzyskaniu zgody na finansowanie przedmiotu zamówienia w formie pożyczki, jednak nie później niż do 23.06.2023 r.**

W trakcie badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę **Medim sp. z o.o.** Zamawiający powziął w wątpliwość zgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie:

1. zaoferowania sterylizatora parowego o mocy przyłączeniowej 36 kW,
2. umiejscowienia wyświetlacza wraz z manometrami z lewej strony komory,
3. umiejscowienia wodowskazu umożliwiającego kontrolę poziomu wody w wytwornicy pary na panelu czołowym od strony załadowniczej,
4. umiejscowienia wodowskazu umożliwiającego kontrolę poziomu wody demineralizowanej na panelu czołowym.

W związku z powyższym, w dniu 03.04.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę Medim sp. z o.o. do złożenia, w terminie do 06.04.2023 r. do godz.12:00, wyjaśnień treści oferty, odnoszących się do wątpliwości Zamawiającego.

Wykonawca, w dniu 05.04.2023 r., poinformował pisemnie Zamawiającego, iż związku z przesunięciem przez producenta terminu dostawy sterylizatora, którego wyprodukowanie z modyfikacjami będzie wymagało więcej czasu niż pierwotnie zakładano, Wykonawca odstępuje do dalszego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z warunkami określonymi w SWZ, w związku z czym odrzuca ją na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) pzp.

**Pouczenie:** Na czynność odrzucenia oferty przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX pzp (art. 505-590).

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**