

**Dostawcy – uczestnicy postępowania
271.1.9.2021.WIM
Strona internetowa Zamawiającego na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SWZ.271.1.9.2021**

**Dotyczy: Postępowanie nr BZP.271.1.9.2021.WIM pn. Dostawa mebli do Zakładu Opieki
Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 135 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytania dostawców nr 1

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza użycie płyty o gr. 32 mm do wykonania blatów biurek oraz wieńców w szafach.

Podany przez zamawiającego wym. 28 mm, jest niedostępny lub czas realizacji zamówień na taka grubość płyty jest bardzo wydłużony.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza użycie płyty o gr. 32 mm

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania, łóżko rehabilitacyjne (A2a), szafkę łózkową (B104a) oraz stolik przyłóżkowy bez określonej odporności na promieniowanie UV? Uzasadnienie: W opisie produktów brakuje określenia odporności (częstotliwość na jakie ma być odporny produkt) na promieniowanie UV. Aby odpowiednio dobrać odporność na promieniowanie UV, należy podać informacje o urządzeniach jakie będą używane (będą miały styczność z wyżej wymienionymi produktami) oraz ich dane techniczne, ponieważ różne urządzenia emitują różne częstotliwości promieniowania UV.

Odpowiedź nr 2:

Meble mają być odporne na UV światła słonecznego

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szczytów szybko i łatwo demontowalnych bez konieczności użycia narzędzi ale z zwalnianą blokadą.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się do zamawiającego o podanie marki i modelu ramy wyciągowej, która ma zostać zastosowana oraz sposobu jej montażu. Na rynku jest wiele różnych modeli (różnią się uchwytami). Jeżeli rama wyciągowa nie będzie używana, czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z dwoma otworami do akcesoriów przy szczycie od strony głowy. Możliwość montażu wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka na kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w dwóch narożnikach leża). Bez możliwości montażu ramy wyciągowej.

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z wymaganiami SWZ Zamawiający wymaga by sprzęt miał możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w dwóch narożnikach leża)

Pytanie nr 5:

Zwracamy się do zamawiającego o możliwość nieznacznej zmiany następujących wymagań: „- „-pokrowiec odporny na: wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru; pranie w temp. Do 95°C; dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. I prasowanie do 110°C”

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec o możliwości prania w temperaturze do 75°C, a także dezynfekcję termiczną (parową) do 75°C oraz bez wymogu prasowania. Uzasadnienie: Wirusy oraz bakterie giną w około 70°C. Ponadto pokrowiec poliuretanowy jest bardzo elastyczny i nie wymaga prasowania. Jego elastyczna struktura zapobiega powstawaniu zagniotą. Pokrowiec, który oferujemy pozwoli wyeliminować czynności obsługowe tym samym pozwoli na zaoszczędzenie czasu i energii. Jednocześnie te cechy wpływają na znaczne zwiększenie trwałość pokrowca.

Odpowiedź nr 5:

Nie, Zamawiający nie dopuści – musi być możliwość prania pokrowców w komorze.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze (przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 800g/m²/24h w temperaturze 38°C). Uzasadnienie: Przepuszczalność powietrza 1000g/m²/24h w temperaturze 38°C stosuje się w przypadku aktywnych materacy z funkcją mikroklimatu.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zalecamy, aby zamawiający dołączył do opisu łóżka rehabilitacyjnego wymagania: -Łóżko zgodne z MDR 2017/745 Uzasadnienie: OD 26.05.2021r. znaczną obowiązywać nowe regulacje dla wyrobów medycznych na rynku UE. Zmiany te wynikają z licznych niedociągnięć dotychczas obowiązującej dyrektywy 93/42/EEC, a także obecnością nowych technologii produkcji. <https://cemed.info/informacja-o-nowym-rozporzadzeniu-dla-wyrobow-medycznych/> -Łóżko z certyfikatem CB – audyt i certyfikacja potwierdzająca bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych wprowadzonych na najważniejsze rynki

Odpowiedź nr 7

Zamawiający pozostawia wymagania minimalne zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę łóżkową wyposażoną w wieszak na ręcznik z jednej strony. Szafka łóżkowa wyposażona w uniwersalny uchwyt na butelkę, szklankę lub kubek

(szczelina w uchwycie uniwersalnym), który można przymocować do szyn na górnej płycie szafki łóżkowej. Uzasadnienie: Następujące zmiany nie wpłyną na żadaną funkcjonalność i zapewni większą elastyczność.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie, co dokładnie oznacza: „Uchwyty z możliwością ich przesunięcia na całej długości relingu”, które uchwyty dokładnie?

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga by jeden z boków szafki wyposażony był w aluminiowy reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklankę oraz by te uchwyty miały możliwość ich przesuwania na całej długości relingu.

Pytanie nr 10:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę łóżkową z mechanizmem miękkiego domykania drzwi oraz mocowaniem drzwi przed przypadkowym otwarciem. Uzasadnienie: Następujące zmiany nie wpłyną na żadaną funkcjonalność i użytkowanie.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę łóżkową, w której wnętrze dolnej szafki składa się z płyty metalowej lub płyty HPL, która dzieli przestrzeń wewnętrzną i istnieje możliwość wyjęcia tej płyty. Uzasadnienie: Następujące zmiany nie wpłyną na żadaną funkcjonalność i użytkowanie.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę łóżkową (B104a) wyposażoną w uchwyt na butelkę umieszczony na drzwiach w dolnej części”. Uzasadnienie: Następująca zmiana nie wpłynie na żadaną funkcjonalność i użytkowanie.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o: głębokości 440mm (+/- 30mm) Uzasadnienie: Następująca zmiana nie wpłynie na żadaną funkcjonalność i użycie.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o usunięcie następujących wymagań: Deklaracja zgodności ze znakiem CE i rejestracją lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych. Uzasadnienie: Szafka łóżkowa oraz stolik przyłóżkowy nie są produktami medycznymi, tylko meblami.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający pozostawia wymóg SWZ. To jest szafka przyłóżkowa szpitalna – wyrób medyczny

Pytanie nr 15:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik przyłóżkowy z uchylnym blatem głównym wykonanym z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Grubość płyty blatu 3mm. Uzasadnienie: Blat grubości 3mm posiada bezpieczne obciążenie robocze 15kg, co jest zgodne z wymogami przetargu.

Odpowiedź nr 15

Nie Zamawiający nie dopuści blatu o gr. 3mm. Wymagany jest blat o gr min. 6 mm.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik przyłóżkowy o: -długości 865mm (+/- 40mm) -wymiarach blatu 600x400 mm (+/- 40mm) - z zakresem regulacji 720 – 1055mm (+/- 40mm) oraz możliwością przechylenia blatu za pomocą dźwigni w obie strony o 360 ° w odstępach 35 ° (+/-5 °). Uzasadnienie: Powyższa zmiana nie wpłynie na żadaną funkcjonalność i użyteczność.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Szafki BHP – szerokości szafek podane w specyfikacji to 40cm oraz 50 cm. Czy są to szerokości całkowite szafek? Czy z racji na dwudzielność szafki każda strona ma mieć po 40cm lub 50cm (wtedy szerokość całkowita wyniesie 80cm i 100cm). Prośba o zdjęcia poglądowe szafek BHP.

Odpowiedź nr 17

Tak, są to szerokości całkowite Szafek. Szafka dwudzielna ma szerokość 40 cm lub 50 cm – ma dwie komory jedne drzwi- nie jest to szafka podwójna.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 900x2000mm ?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem regulowanym w zakresie 40-80 cm?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu podudzia 0-20° ?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresja segmentu pleców?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci bez wskaźnika ładowania akumulatora, wskaźnik stanu naładowania akumulatora?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów płyta HPL w kolorze buk jasny?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie dopuszcza. Kolor ten będzie niezgodny z pozostałymi elementami wyposażenia.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bez słupka ułatwiającego wstawanie?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bez tunelu na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami z możliwością ustawienia barierki w dwóch pozycjach podniesionej i opuszczanej?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bezpiecznym obciążeniem 250kg potwierdzonym przez producenta?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2016 (a nie 2003) lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania Certyfikatu ISO 14001:2015 ?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniowa wykonana z płyty melaminowej o grubości 18mm?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażona w metalowy reling bez tworzywowego wieszaka na ręczniki oraz uchwyty na szklankę?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażona w metalowy reling wyposażony w metalowy haczyk na ręcznik bez tworzywowego uchwyty na szklankę?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 550mm?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2016 (a nie 2003) lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy z regulacją blatu za pomocą mechanizmu zaciskowego bez możliwości zmiany kąta pochylecia blatu?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace, stoliki posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm oraz przedłużeniem leża o 28 cm?

Odpowiedź 38

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na systemie pantografowym, z 8 punktami podparcia, gwarantującymi stabilność łóżka?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem do podłogi 155 mm?

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odpowiedź 41

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia.

Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź 43

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych kształtowników lakierowanych proszkowo?

Odpowiedź 44

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema barierkami bocznymi, które mogą być złożone, bądź rozłożone (2 poziomy wysokości)? Każda z czterech barierek składana/rozkładana niezależnie.

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowymi uchwytami do materaca, dostosowującymi się do szerokości materaca?

Odpowiedź 46

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 250 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 47

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne materac przeciwoleżynowy o następujących parametrach: materac przeznaczony dla szpitali i innych placówek medycznych stosowanych w profilaktyce przeciwoleżynowej o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac przeznaczony dla pacjentów o dużej wadze do 240kg. Materac składający się z trzech warstw. Górny warstwa z nacięciami punktowymi wykonanymi w zimnej piance poliuretanowej na zimno o wysokości 4cm, gęstości 80 kg/m³ i twardości 2.6 kPa (+/-10%). Warstwa środkowa wykonana z zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 6cm, gęstości 60kg/m³ i twardości 9.0 kPa (+/-10%). Warstwa spodnia wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości 50kg/m³ i twardości 5.0 kPa (+/-10%). Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp. do 95°C, oraz suszenia w temp. do 100°. Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek. Łóżko opatrzone deklaracją zgodności oraz zgłoszeniem do RWM (brak certyfikatu Oeko-Tex).

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie?

Odpowiedź 49

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 50

Prosimy o wskazanie, ile sztuk stolika przyłóżkowego wymaga Zamawiający?

Odpowiedź 50

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga 83 szt.

Pytanie nr 51

Prosimy o wskazanie, który element materaca ma być pokryty materiałem zmiennofazowym - pianka czy pokrowiec?

Odpowiedź 51

Zgodnie z SWZ – „górną warstwą materaca pokryta materiałem zmiennofazowym do kontroli ciepła pacjenta”

Pytanie nr 52

Prosimy o wskazanie, co w przypadku materaca ma spełniać wymogi normy CRIB 5, a co normy CRIB 7 ?

Odpowiedź 52

Zgodnie z SWZ – „materac spełnia wymogi normy CRIB 5 (ochrona p.poż) -pokrowiec materaca pokryty powłoką anty-mikrobową (spełnia wymogi CRIB 7) z dwoma uchwytami do transportu

Pytanie nr 53

Prosimy o wskazanie jaką szerokość mają mieć wzmocnione boczne krawędzie materaca?

Odpowiedź 53

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga wzmocnienia dłuższych bocznych krawędzi

Pytanie nr 54

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu materaca mają znajdować się uchwyty transportowe?

Odpowiedź 54

Zgodnie z SWZ pokrowiec materaca ma mieć uchwyty do transportu

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wypoczynkowy wyposażony w mechaniczną regulację segmentów fotela z pozycji siedzącej do leżącej i odwrotnie.

Odpowiedź 55

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wypoczynkowy z półką na pościel znajdującą się w tylnym segmencie oparcia, półka nie poszerzająca szerokości fotela.

Odpowiedź 56

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne materac przeciwoleżynowy o następujących parametrach:

- 2030 mm; szerokość 88,9 mm wys. 177,8
- max masa pacjenta 227 kg
- Materac dwuwarstwowy wyposażony w 8 poprzecznie ułożonych komór powietrznych (niezasilanych). Materac hybrydowy czyli połączenie materaca piankowego ze zmiennociśnieniowym. Cała powierzchnia materaca hybrydowego przystosowuje się do wagi pacjenta, pozwalając tym samym na zagłębienie się całego ciała w materacu.
- Pokrowiec materaca pokryty środkiem bakterio i grzybobójczym
- materac z możliwością zastosowania do stanu odleżyn IV stopnia
- materac spełnia wymogi normy BS7175, TB 117, 16CFR1633, ASTM E 1590, TB 129 or BFD IX-11. Dodatkowo
- specjalny pokrowiec okalający samą piankę stanowiący dodatkową barierę przed zapaleniem.
- materac z dwoma uchwytami po każdej stronie, łącznie 4
- pokrowiec z zamkiem błyskawicznym 360°
- pokrowiec odporny na: wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru; pranie w temp. Pranie do 950C, suszenie mechaniczne do 800C, nie prasować
- pokrowiec materaca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze (przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 360g/m2/24h w temperaturze 38°C)

Odpowiedź 57

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 58

W związku z opisem przedmiotu zamówienia, który jednoznacznie wskazuje na kózko oraz szafka przyłóżkową, która W swojej ofercie ma firma KONKRET Sp. z o.o., Sp.k., dystrybutor firmy Wissner-Bosserhoff GmbH zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału W postępowaniu sprzętu o poniższych parametrach. Aktualny opis sprzętu jaki chce zakupić Zamawiający ogranicza konkurencyjność.

Odpowiedź 58

Opisane w SWZ parametry odnoszą się do minimalnych wymaganych parametrów jakie Zamawiający chce zapewnić w swoim Zakładzie. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i nie gorsze od opisanych w SWZ.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź 59

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga by konstrukcja łóżka wykonana była ze stali węglowej lakierowanej proszkowo.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą w postaci podwójnych ramion wznoszących podpierających leże w 8 punktach?

Odpowiedź 60

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2210 mm?

Odpowiedź 61

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem szerokości 900mm ?

Odpowiedź 62

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia o 30,5 cm?

Odpowiedź 63

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją leża w zakresie 28-80cm?

Odpowiedź 64

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu uda w zakresie 0-34st

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowymi uchwytami stabilizującymi materac?

Odpowiedź 66

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 265 kg potwierdzone przez producenta, który zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 musi przeprowadzić testy z obciążeniem o 2,2 razy większym ?

Odpowiedź 67

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o szerokości 860 lub 900 mm?

Odpowiedź 68

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem w pokrowcu z możliwością prania w temperaturze do 71 st?

Odpowiedź 69

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą szczelności IPx4?

Odpowiedź 70

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty HPL o grubości 4 mm?

Odpowiedź 71

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalowym, lakierowanym relingiem na boku szafki przeznaczonym na ręczniki oraz dwoma relingami na blacie głównym, które zabezpieczają przedmioty przed zsunięciem, stąd nie ma potrzeby stosowania uchwytu na szklankę?

Odpowiedź 72

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami dolnymi wyposażonymi w mechanizm domykający w postaci zatrzasku, który uniemożliwia samoczynne otwieranie się drzwiczek?

Odpowiedź 73

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami oraz frontem szuflady wykonanymi z płyty HPL w kolorze jasny dąb zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, dopasowanym do kolorystyki łóżka?

Odpowiedź 74

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wnętrzem dolnej komory podzieloną na dwie części za pomocą wyjmowanej tworzywowej półki?

Odpowiedź 75

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową wyposażoną w kosz z korpusem na uchwyt na butelki w dolnej szufladzie zamiast na boku szafki?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o głębokości 500mm oraz wysokości 925mm?

Odpowiedź 77


Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez deklaracji zgodności ze znakiem CE oraz wpisu lub zgłoszenia do URWM?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie dopuści.

Inżynier Rezydent

Jarosław Kokolus