

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr CUW.PK.343.26.2024

Nasz znak: CUW.PK.343.26.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego pracowni dydaktycznych w ramach utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1 Modyfikacja SWZ nr 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **CUW.PK.343.26.2024** na podstawie art. 135 i art. 137 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ oraz zmienia jej treść jak poniżej:

WYJAŚNIENIA

Część 7 – Wyposażenie laboratorium

Pytanie/wniosek 1:

Pozycja 4 – Maszyn wytrzymałościowa

Czy wiadomo co będzie badane? Proszę o określenie typu szczęk, wymiarów wkładek, wymiarów płyty do ściskania?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, wykonywane będą badania materiałów drewnianych zgodnie z normami PN-EN 408+A1:2012; PN-EN 310:1994; ISO 13061-2:2014. Rodzaj szczęk: nośność znamionowa 50 kN, rozwarcie do 16 mm, wyposażone w złącze QC-32, samozaciskowy uchwyt klinowy. Również końcówki do zginania trój i czteropunktowego.

Pytanie/wniosek 2:

Pozycja 15 - łaźnia wodna

Czy Zamawiający zaakceptuje łaźnię o mocy 1600 W?

Powyższe rozwiązanie jest bardziej przyjaznym dla środowiska a nie wpływa na parametry pracy urządzenia.

Zamawiający informuje, że przy zachowaniu pozostałych parametrów taka moc urządzenia jest akceptowalna.

Pytanie/wniosek 3:

Pozycja 18 – Mieszadło mechaniczne

Czy Zamawiający zaakceptuje mieszadło o zakresie prędkości obrotowej 100-2000 rpm?

Czy Zamawiający zaakceptuje mieszadło o zakresie prędkości obrotowej 50-1200 rpm?

Mieszanie w niższych prędkościach powoduje zwykle uzyskanie właściwych efektów bez skutków ubocznych.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozdzielczość ustawiania prędkości 10 rpm?

Powyższe rozwiązanie może znacząco wpłynąć na koszt produktu i jest wystarczająco dokładne by móc uzyskać pożądaną prędkość pracy

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że akceptuje mieszadło o prędkości obrotowej 50 – 1200 rpm i rozdzielczości 10 rpm.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Część VII SWZ:**1. Zał. nr 1a część VII do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy,****Część VII – Wyposażenie laboratorium,****1) poz. 4 Maszyna wytrzymałościowa, w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:**

udźwig – 50 000 N \pm 10%;

liczba kolumn – 2;

przeźren pomiarowa – 1100 mm;

rozdzielczość pomiaru przemieszczenia – 1 μ m;

prędkość trawersy – 0,001-1200 mm/min

- maszyna dostarczona z pełnym oprzyrządowaniem umożliwiającym dokonanie pomiarów w tym szczęki i płyty, osłona zabezpieczająca przednia;

- maszyna zostanie skalibrowana po wstawieniu u Zamawiającego i zostanie wydany certyfikat wzorcowania

rodzaj szczęk: nośność znamionowa 50 kN, rozwarcie do 16 mm, wyposażone w złącze QC-32, samozaciskowy uchwyt klinowy, końcówki do zginania trój i czteropunktowego umożliwiające wykonywanie badania materiałów drewnianych zgodnie z normami PN-EN 408+A1:2012; PN-EN 310:1994; ISO 13061-2:2014

2) poz. 15 łaźnia wodna, w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

moc: 2000 W (\pm 500 W);

pojemność: 25 l (\pm 2 l);

zakres temperatur: min. od 5°C do 100°C.

3) poz. 18 Mieszadło mechaniczne, w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

moc: min. 55 W;

pojemność: min. 18 l;

napięcie: 230 V;

dokładność prędkości: min. \pm 1 rpm;

zakres prędkości: min. od 50 do 1200 rpm;

rozmiar płytki: 200 x 300 mm (\pm 10 mm).

2. Zał. nr 6.7 do SWZ - Część VII – Wyposażenie laboratorium - Opis Przedmiotu Zamówienia**1) poz. 4 Maszyna wytrzymałościowa, kolumna: Wymagane minimalne parametry techniczne otrzymuje brzmienie:**

udźwig – 50 000 N \pm 10%;

liczba kolumn – 2;

prześcięć pomiarowa – 1100 mm;
rozdzielczość pomiaru przemieszczenia – 1 μ m;
prędkość trawersy – 0,001-1200 mm/min
- maszyna dostarczona z pełnym oprzyrządowaniem umożliwiającym dokonanie pomiarów w tym szczęki i płyty, osłona zabezpieczająca przednia;
- maszyna zostanie skalibrowana po wstawieniu u Zamawiającego i zostanie wydany certyfikat wzorcowania
rodzaj szczęki: nośność znamionowa 50 kN, rozwarcie do 16 mm, wyposażone w złącze QC-32, samozaciskowy uchwyt klinowy, końcówki do zginania trój i czteropunktowego umożliwiające wykonywanie badania materiałów drewnianych zgodnie z normami PN-EN 408+A1:2012; PN-EN 310:1994; ISO 13061-2:2014

2) poz. 15 łaźnia wodna, kolumna: Wymagane minimalne parametry techniczne otrzymuje brzmienie:

moc: 2000 W (\pm 500 W);
pojemność: 25 l (\pm 2 l);
zakres temperatur: min. od 5°C do 100°C.

3) poz. 18 Mieszadło mechaniczne, kolumna: Wymagane minimalne parametry techniczne otrzymuje brzmienie:

moc: min. 55 W;
pojemność: min. 18 l;
napięcie: 230 V;
dokładność prędkości: min. \pm 1 rpm;
zakres prędkości: min. od 50 do 1200 rpm;
rozmiar płytki: 200 x 300 mm (\pm 10 mm).

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany Zał. nr 1a część VII do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy **Część VII – Wyposażenie laboratorium** oraz Zał. 6.7 do SWZ - Część VII **Wyposażenie laboratorium - Opis Przedmiotu Zamówienia** zamieszczono pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/975457>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 135 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: WR
Sprawdził pod wzg. formalnym: AW

Przekazano za pośrednictwem platformy zakupowej
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/975457>

¹ Art. 135

ust. 2 Pzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert albo Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
Ust. 3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.