

Wołów, 29.11.2022 r.

19/PCM/2022/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 5

**Dotyczy:** postępowania nr 19/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie 1

Dotyczy zapisu: „System RIS zintegrowany z obecnie funkcjonującym w placówce system HIS firmy Kamssoft. Wprowadzenie danych do systemu RIS musi odbywać się bez konieczności przełączania się między systemami HIS/RIS”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli odbieranie zleceń w systemie RIS z systemu Kamssoft po protokole HL7 i przekazywanie ich na wskazany aparat bez konieczności wprowadzania ręcznie zlecenia na badanie z poziomu systemu RIS.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ma na myśli odbieranie zleceń w systemie RIS z systemu Kamssoft po protokole HL 7 v2 i przekazywanie ich na wskazany aparat bez konieczności wprowadzania ręcznie zlecenia na badanie z poziomu systemu RIS.**

### Pytanie 2

"Przeprowadzenie pełnej integracji z istniejącym systemem HIS-KS KAMSOFT - Integracja HL7 v.2"

Prosimy o informację czy zamawiający posiada odpowiednie licencje do integracji po stronie systemu KAMSOFT. Jeśli nie to czy koszty integracji po stronie Kamssoft ponosi zamawiający?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada licencji do integracji po stronie KAMSOFT. Koszty licencji ponosi wykonawca.**



### Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy poniższe dokumenty, które są konieczne do złożenie w WSSE z wnioskiem o uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego:

- a) Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy,
- b) Program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy,
- c) Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- d) Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

Powyższe dokumenty są częścią dokumentacji, którą posiadają jednostki służby zdrowia prowadzące pracownie rentgenowskie. Bez udostępnienia powyższej dokumentacji Wykonawca nie będzie miał możliwości realizacji przedmiotu umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że udostępni wskazane w pytaniu dokumenty wyłonionemu wykonawcy.**

### Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi rozpoczęcie prac w pracowni w Szpitalu w Brzegu Dolnym do tygodnia od podpisania umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że umożliwi rozpoczęcie prac w pracowni w Szpitalu w Brzegu Dolnym do tygodnia od podpisania umowy.**

### Pytanie 5

W związku z wymaganym przez Zamawiającego krótkim terminem realizacji oraz szerokim zakresem przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego, jednoczesnego wyłączenia obu pracowni w Brzegu Dolnym na okres nie dłuższy niż dwa dni robocze.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do jednorazowego, jednoczesnego wyłączenia obu pracowni w Brzegu Dolnym na okres nie dłuższy niż 48 godzin.**

### Pytanie 6

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu umowy uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczanego aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni RTG. Wymagany przez Zamawiającego czas realizacji przedmiotu umowy uniemożliwia uzyskanie pozwoleń w terminie. W związku z faktem, że Zamawiający posiada pozwolenie na funkcjonowanie pracowni wnosimy o zastąpienie wymogu uzyskania zezwoleń opisanego w punkcie 3.5.i na wymóg przygotowania dokumentacji koniecznej do złożenia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczanego aparatu RTG, z wyłączeniem poniższych dokumentów, które zobowiązany jest posiadać Zamawiający:

- a) Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy,
- b) Program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy,

- c) Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- d) Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7 - § 4 ust. 3 umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy tak, aby koszty ekspertyzy strony ponosiły po równo lub ta ze stron, która miała finalnie rację tj. zamawiający, gdy stwierdzono nieprawidłowości lub wykonawca, w przypadku ich braku?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8 - § 4 ust. 10 umowy**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli zezwolenia opisane w §1 ust. 3i umowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wstawienia zastępczego aparatu RTG? Każde wstawienie urządzenia RTG innego niż odebrane przez Sanepid (nawet jeśli jest to tylko urządzenie zastępcze) wymaga nowego obliczenia osłon, wykonania testów po instalacji oraz nowego zgłoszenia do SANEPIDU i nowego odbioru aparatu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu wstawienia zastępczego aparatu RTG.**

**Pytanie 10**

Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu 24 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wnosimy o korektę zapisu pkt 7 załącznika nr 6 do SWZ, zakładka „Pracownia Wołów” oraz „Pracownia Brzeg Dolny”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**



**Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.**

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

[www.pcmwołow.pl](http://www.pcmwołow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wołow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wołow.pl)

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

  
**PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI**  
*Piotr Burdach*

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE sp. z o.o  
56-100 Wołów ul Inwalidów Wojennych 26  
tel 71/380 58 01  
WOJ DOLNOŚLASKIE  
NIP 988-02-67-118 REGON:020749596  
(2)

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: [annachechelska@pcm-wołow.pl](mailto:annachechelska@pcm-wołow.pl)