



Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
www.pcrsopot.pl
e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

DZP.KK.282.5.2021

Sopot, dnia 28.05.2021 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 5/PN/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory – Znak: 5/PN/21

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.2019 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

| Lp. | Treść pytania | Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego |
|-----|--|---|
| 1. | Gdzie w komorze zabiegowej znajdować się ma czujnik temperatury? | Czujnik temperatury powinien znajdować się w suficie lub innym zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu. |
| 2. | Czy wymagana temperatura -120°C jest temperaturą wewnątrz komory zabiegowej, czy też temperaturą odparowania czynnika? | Temperatura -120°C jest wymagana wewnątrz komory zabiegowej. |
| 3. | Jaka jest dopuszczalna różnica temperatur od wejścia pacjentów do komory zabiegowej do momentu zakończenia zabiegu? | Dopuszczalna różnica temperatur powinna wynosić 3 - 5° C |
| 4. | Jaki czas jest niezbędny do przywrócenia temperatury zabiegowej po wyjściu pacjentów w cyklu zabiegowym? | Czas przywrócenia temperatury zabiegowej po wyjściu pacjentów winien wynosić do 15 min |
| 5. | Jaka jest przewidywana ilość zabiegów w ciągu 60 minut? | Zamawiający przewiduje maksymalnie 3-4 zabiegi w ciągu 60 minut. |

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory – Znak: 5/PN/21 - **nie zmienia się.**

DYREKTOR
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY


Danuta Szkutnik



Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS Nr 0000684944, NIP: 5851479028, REGON: 192587795, Kapitał zakładowy: 69.900.000,00 zł
tel. +48 58 555-75-20, tel./fax. +48 58 551-14-26

