

IF.272.9.2021

Nowa Sól, 06.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: „**Zakup wytwornicy pary wraz z wyposażeniem oraz myjni – dezynfektor na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli**”

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania z dnia 03.09.2021 r. złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Część 1 – Myjnia - dezynfektor przelotowa 18 tac pkt 29

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie, w którym program serwisowy wskazuje potrzebę wykonania przeglądu serwisowego a stan pracy oraz możliwość aktywowania i dezaktywowania poszczególnych podzespołów jest obsługiwany za pomocą czytelnej listy podzespołów, wraz z możliwością zdalnego dostępu przez serwis do sterownika urządzenia bez konieczności wizyty serwisowej.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Część 1 – Myjnia - dezynfektor przelotowa 18 tac pkt 32

Czy Zamawiający dopuści pompę obiegową o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Wymagana przez Zamawiającego wydajność pompy wskazuje jednoznacznie na urządzenia jednego producenta co jest niezgodne z PZP, ponieważ urządzenia oferowane w tym postępowaniu mają być zgodne z budową, konstrukcją i wykonaniem zgodnie z normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2, CEN ISO/TS 15883-5. Pkt 47 OPZ jest to gwarantem oferowania urządzenia którego konstrukcja i działanie zapewnia prawidłowe parametry procesu mycia, dezynfekcji i suszenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. We wcześniejszych wyjaśnieniach, Zamawiający dopuścił wydajność pompy innej niż w SWZ.

Charakter, zakres oraz termin przekazania wyjaśnień nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert, gdyż termin o którym mowa w art. 284 ust. 2 nie został przekroczony.

STAROSTA

Iwona Brzozowska

Podpis Kierownika Zamawiającego

Miejsce publikacji: https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol dot. postępowania.

