



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, 26.03.2024 r.

Dotyczy postępowania pn: **Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.**
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/1/2024**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej w dalszej treści PZP), informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, że wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, a wybrana oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Pakiet 7

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

łączna cena netto: 16 288,00 zł

łączna cena brutto: 17 591,04 zł

PUNKTACJA PRYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

Kryterium: Cena 100%

| Wykonawca | Cena oferty (zł brutto) | Punktacja przyznana ofertom w kryterium - Cena | łączna punktacja przyznana ofertom |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Pakiet nr 7 | | | |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. | 17 591,04 | 100 pkt | 100 pkt |

Umowa zostanie podpisana z dniem: **04.04.2024r.**

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zamawiający prześle Wykonawcy umowę do podpisu mając na uwadze treść art. 308 ust. 2 w związku z art. 254 pkt 1 ustawy PZP.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Oferta Wykonawcy: Medgal Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Książno w zakresie Pakietu nr 7

Uzasadnienie faktyczne:

W pakiecie nr 7 pozycja 5 Zamawiający wymagał „System tytanowych gwoździ elastycznych do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiającą bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoźdźcia wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoźdźcia, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego; sztuka. Średnica 4,0 długość 440mm”, tymczasem Wykonawca zaoferował w pozycji nr 5 wyrób o numerze katalogowym 105-06-135-440, co zgodnie z treścią informacji odpowiada gwóździowi o średnicy 3,5 mm.

W pakiecie nr 7 pozycja 6 Zamawiający wymagał „System tytanowych gwóździ elastycznych do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwóźdź wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwóźdź, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego; sztuka. Średnica 3,5 długość 440mm”, tymczasem Wykonawca zaoferował w pozycji nr 6 wyrób o numerze katalogowym 105-06-136-440, co zgodnie z treścią informacji odpowiada gwóździowi o średnicy 4,0 mm.

Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w związku z powyższym Zamawiający **odrzuca ofertę Wykonawcy.**

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcy/Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.